

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/09/2025

İlan No : 2025-09-3516
İstem No : 82612
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 19/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU	50000	Adet					
2	ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU	20000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon etiketi 134 °C ön vakumlu otoklavlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sterilizasyon etiketlerinin üzerinde, sterilizasyon sonrası maruziyeti gösteren ISO 11140-1 standardına uygun Tip 1 kimyasal indikatör olmalıdır. Sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösterecek belirgin ve net okunabilir renk değişimi olmalıdır.
3. Etiket çift yapışkanlı olmalı
4. Etiket, tekstil, smms sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kıvrılmamalı kolay çıkmamalıdır.
5. Etiket 40mm x 60-70 mm veya 50mm X 50mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
6. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
7. Etiketın sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
8. Teslim edilecek ürünle beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da teslim edilmelidir.
9. Sterilizasyon etiketleri, orijinal ambalajında, temiz, yıpranmamış ve hasarsız şekilde teslim edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası açıkça yer almalıdır.
11. Açılmış, kirli, tozlu veya ambalajı hasar görmüş ürünler kabul edilmeyecektir.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Mersin Tıp Fakültesi Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser WENİŞ
Mersin Üniversitesi Hastane
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket Hidrojen Peroksit sterilizasyonunda kullanılmak üretilmiş olmalıdır.
2. Sterilizasyon etiketlerinin üzerinde, sterilizasyon sonrası maruziyeti gösteren ISO 11140-1 standardına uygun Tip 1 kimyasal indikatör olmalıdır. Sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösterecek belirgin ve net okunabilir renk değişimi olmalıdır.
3. Etiket yapışkan yüzeyi ünitemizde kullanılan, smms sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kıvrılmamalı, kolay çıkmamalıdır. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
4. Etiket sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
5. Etiket 40 mm x 60-70 mm ve ya 50 mmx 50 mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
6. Teslim edilecek ürün ile beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da ücretsiz olarak teslim edilmelidir.
7. Sterilizasyon etiketleri, orijinal ambalajında, temiz, yıpranmamış ve hasarsız şekilde teslim edilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası açıkça yer almalıdır.
9. Açılmış, kirli, tozlu veya ambalajı hasar görmüş ürünler kabul edilmeyecektir.

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MERKEZİ STERİLİZASYON
Sorumlusu

Ayşer İLİCİ
Mersin Üniversitesi Hastane
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire