

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/09/2025

AK

İlan No : 2025-09-3517
İstem No : 82613
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SAC SEPET, STERİLİZASYON	83	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**SAC SEPET, STERİLİZASYON
TEKNİK ŞARTNAME**

1. Sepetler alet yüzeylerinin çizilmemesi, sivri ve kesici ağızlı aletlerde körelme ve deformasyonun engellenmesi amacı ile delikli çelik plaka levhadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Sepetin her iki tarafında, aletlerin steril bir şekilde taşınabilmesini sağlayacak hareketli kulp mekanizmaları bulunmalıdır.
3. Sepetlerin taban, yan yüzeylerinde, köşe dönüşlerinde çapak ve keskin pürüzler olmamalıdır.
4. Sepetlerin perfore delikleri taban kısımlarında en fazla 4*4mm, yan kısımlarında en fazla 3*3mm olmalıdır.
5. Sepetler en az 1mm kalınlığında paslanmaz çelik sac malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Sepetlerin tamamına istenildiğinde kapak satın alınabilmeli ve sunulan orijinal katalog üzerinde kapaklar görülebilmelidir.
7. Teklif edilecek sepetlerin kapakları, sepetin kendisi ile aynı hammaddeden olmalı ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
8. Sepetler cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesinde kullanılabilir olmalıdır.
9. Sepetler basınçlı buhar otoklavında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
10. Sac sterilizasyon sepetleri, teslim tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır.
11. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü üretim hatası, deformasyon, kaynak açılması, kırılma veya kullanımı engelleyici arıza durumunda, tamir edilmeden, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
12. Garanti süresi, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
13. Ürünün güvenilirliği ve garanti şartları açısından teklif verilen markanın sterilizasyon konteyneri üreticisi olması şartı aranacaktır.
14. Üretici firmanın TS EN 868-8 belgesi olmalı ve **bu belge sunulmalıdır.**
15. Teknik hizmet sağlayacak olan üretici veya ithalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik **belgesi sunulmalıdır.**
16. Sac sepet ölçülerine +/-10mm tolerans ile teklif verilebilecektir.
17. Standardizasyon sağlanması açısından, ihtiyaç listesinin tamamına aynı marka ile teklif verilecektir.
18. Her sepetin içinde tabanını tam kaplayan silikon çim olmalıdır. Numune silikon çim ile birlikte değerlendirilecektir.
19. Silikon çimler, buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır.
20. Silikon çimlerin tabanında su tutmayı önleyen delikleri olmalıdır.
21. Talep edilen sepetler aşağıdaki ölçü ve sayıda teslim edilecektir.

SAC SEPET İHTİYAÇ LİSTESİ		MİKTAR
ÜRÜN ADI VE AÇIKLAMASI		
1.	Sac sepet 250x250x80mm,kapaksız	20 ADET
2.	Sac sepet 250x250x100mm,kapaksız	20 ADET
3.	Sac sepet 400x250x80mm,kapaksız	5 ADET
4.	Sac sepet 400x250x100mm, kapaksız	15 ADET
5.	Sac sepet 540x250x100mm,kapaksız	5 ADET
6.	Sac sepet 540x250x 80mm, kapaksız	15 ADET
7.	Sac sepet, mücevher kutusu, kapaklı,130x130x50mm	3ADET

[Signature]
Prof. Dr. Gülşen ERGÖZ
MEÜ Sağlık Fakültesi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire