

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

BA

İlan No : 2025-09-3586
İstem No : 82616
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Çocuk Sağlığı Servisler Genel Kullanım
Konu : TERAZİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL TERAZİ, HASSAS	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİJİTAL TERAZİ, HASSAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz maksimum 5kg'a kadar ölçüm yapabilmelidir.
- 2- Cihazın ölçüm hassasiyeti 1gr olmalıdır.
- 3- Cihaz gr, kg ve oz ölçü birimlerinde ölçüm yapabilmelidir.
- 4- Cihazın dara alma özelliği olmalıdır.
- 5- Cihazın stabilizasyon süresi 2 saniyeden fazla olmamalıdır.
- 6- Cihaz şarj edilebilir akü ile çalışıyorsa AC adaptörü olmalı, pil ile çalışıyorsa cihaz ile birlikte uygun pil verilmelidir.
- 7- Cihaz düşük pil uyarısı vermelidir.
- 8- Cihaz ekranındaki rakam boyutu en az 10mm olmalıdır.
- 9- Cihaz ölçüm kapasitesinin üzerinde ölçümlerde hata mesajı vermelidir.
- 10- Cihazda entegre oda termometresi bulunmalıdır.
- 11- Cihaz kefeli olmalı ve kefe yıkmaya elverişli, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 12- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama, sıfırlama tuşu, dara alma tuşu bulunmalıdır
- 13- Cihaza satıcı firma tarafından 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı garanti verilmelidir.
- 14- Cihazın 10 yıl süre ile yedek parça ve teknik servis garantisi bulunmalıdır.


Doç. Dr. Ayşen ÖRMAN
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Nefroloji Uzmanı


Doç. Dr. Ayşen ÖRMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 3296 - 92512