

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3600
İstem No : 82654
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPESİFİK IGE, KARIŞIM ALLERJEN, FX1	750	Test					
2	SPESİFİK IGE, KARIŞIM ALLERJEN, FX2	750	Test					
3	SPESİFİK IGE, KARIŞIM ALLERJEN, FX5	1700	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Spesifik IgE Karışım Alerjen FX1;

1. Test Flouro Enzim Immuno Assay yöntemi ile çalışacaktır
2. Spesifik allerjenler pozitif kontrol serumlar esas alınarak yapılmış olacaktır.
3. Test serum, veya plazma örneklerinden çalışabilecektir.
4. Kitler en az 6 ay matlı olmalıdır.
5. Testin çalışılması için gerekli her türlü sarf malzeme ücretsiz olarak temin edilmelidir
6. Test laboratuvarımızda bulunan allerji cihazı ile uyumlu olmalıdır.

2. Spesifik IgE Karışım Alerjen FX2;

1. Test Flouro Enzim Immuno Assay yöntemi ile çalışacaktır
2. Spesifik allerjenler pozitif kontrol serumlar esas alınarak yapılmış olacaktır.
3. Test serum, veya plazma örneklerinden çalışabilecektir.
4. Kitler en az 6 ay matlı olmalıdır.
5. Testin çalışılması için gerekli her türlü sarf malzeme ücretsiz olarak temin edilmelidir
6. Test laboratuvarımızda bulunan allerji cihazı ile uyumlu olmalıdır.

3. Spesifik IgE Karışım Alerjen FX5;

7. Test Flouro Enzim Immuno Assay yöntemi ile çalışacaktır
8. Spesifik allerjenler pozitif kontrol serumlar esas alınarak yapılmış olacaktır.
9. Test serum, veya plazma örneklerinden çalışabilecektir.
10. Kitler en az 6 ay matlı olmalıdır.
11. Testin çalışılması için gerekli her türlü sarf malzeme ücretsiz olarak temin edilmelidir
12. Test laboratuvarımızda bulunan allerji cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MEÜ Sağlık Bakanlığı
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dış. Tes. No. 8231

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Hastane
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dış. Tes. No. 814