

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3606  
İstem No : 82660  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIM

6T

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | ÖNLÜK BOHÇASI, STERİL, DİSPOSABLE | 1000   | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD.**

## ÖNLÜK BOHÇASI, STERİL, DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte Non-Woven olmalıdır, hava geçirgen ve teri emebilen özellikte olmalıdır. Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere 43gr/m2 ağırlığında medikal nonwoven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
3. Önlüklerde kol manşetleri 9-10cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır.
4. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan vb. vucut sıvılarını absorbe etmeden ortamdan uzaklaştıracaktır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Paket üzerinde malzeme adı son kullanma tarihi ay ve yıl olarak belirtilmiş teslim tarihinden itibaren 3 yıl miatlı olmalıdır.
7. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dış iki kuşak sterilizasyonu bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.
8. Boyun kısmı sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak kuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
9. Bir tarafı film diğer tarafı medikal kağıttan üretilmiş sterilizasyon poşeti ile paketlenmiş olmalıdır.
10. Ürünün sterilizasyon yönteminin paket üzerinde yazılı olmalıdır.
11. El kurulama havlusu 5 adet 40cmx40cm ebadında gömleklerin üstlerine konulmalı.
12. Bohçaların içerisinde 5 veya 6 önlük konulmalı.
13. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİÇ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum  
Dip. Tes. No: 110066

Doç. Dr. Serki GÖKSUN GÖKÜLLÜ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum  
Dip. Tes. No: 110066