

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/10/2025

İlan No : 2025-09-3615
İstem No : 82665
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/10/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KURUTMA MOTORU, BELİMED YIKAMA CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	BASINÇ KONTROL TERMİĞİ, BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	1	Adet					
3	RÖLE, SIVI SEVİYE, OTOKLAV İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Teknik Şartname Güncellenmiştir.

SIVI SEVİYE RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

- 1-Röle, BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Röle 230 V 4 A çalışma değerlerine sahip olmalıdır.
- 3-Röle, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Röle, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.
- 5-Röle, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 6-Röle 11 pinli tak çıkar özellikte olmalıdır.
- 7-Maximum ve minimum seviyeleri gecikme zamanları ayarlanabilir olmalıdır.

BASINÇ KONTROL TERMİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Termik BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Termik bağlantısı ¼ inch olmalıdır.
- 3-Termik 230 VAC çalışma değerinde olmalıdır.
- 4-Termik fabrikasyon hatalara karşın en az 6(altı) ay firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Termik CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 6-Termik cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

KURUTMA ÜNİTESİ MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ (R)

- 1-Motor, BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Motor, en az 6(Altı) ay firma garantisinde olmalıdır.
- 3-Motor, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Motor, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mehmet DİNÇER
MERLIN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ