

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/09/2025

İlan No : 2025-09-3615
İstem No : 82665
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YANPAR.

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KURUTMA MOTORU, YIKAMA CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	BASINÇ KONTROL TERMİĞİ, BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	1	Adet					
3	RÖLE, SIVI SEVİYE, OTOKLAV İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KURUTMA ÜNİTESİ MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Motor, BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazı yetkilisi tarafından üretilen orijinal ürün olmalıdır.
- 2-Motor, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Motor, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Motor, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Motor, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

SIVI SEVİYE RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Röle, BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazının orijinal rölesi olmalıdır.

2-Röle orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

3-Röle 230 V 4 A çalışma değerlerine sahip olmalıdır.

4-Röle, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.

5-Röle, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.

6-Röle, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

7-Röle 11 pinli tak çıkar özellikte olmalıdır.

8-Maximum ve minimum seviyeleri gecikme zamanları ayarlanabilir olmalıdır.

BASINÇ KONTROL TERMiĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Termik BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazının orijinal rölesi olmalıdır.

2-Termik bağlantısı ¼ inch olmalıdır.

3-Termik orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

4-Termik 230 VAC çalışma değerinde olmalıdır.

5-Termik fabrikasyon hatalara karşın en az 6(altı) ay üretici firma garantisinde olmalıdır.

6-Termik CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.

7-Termik cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNCER
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU