

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3609
İstem No : 82678
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

6T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **24/09/2025 12:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, ERCP, ZEBRA, DÜZ, HİDROFİLİK, 0.035", 480CM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KILAVUZ TEL 0.035 HİDROFİLİK

- 1-Uç Kısmı Düz Ve Açılı Tipde Olacak.İstenilen Model İstenilen Miktarda Teslim Edilebilmelidir.
- 2-Uç Kısmı En Az 65 Mm Flexible Ve Hidrofilik Kaplı Olacaktır.
- 3-Opak Madde Tutmayacak.
- 4-0.035 Inch (0.63 Mm)Çapında Olacak
- 5- Doktor Kontrollü Ercp Sistemine Uygun Olarak 200-260 Ve 450 Cm Uzunluğunda Seçenekleri Bulunmalıdır.İstenilen Miktarlarda Teslimat Yapılabilmelidir.
- 6-Ardışık Gelen İki Farklı Renkten Oluşacak.Hidrofilik Uç Kısmı İse Siyah Renkli Olacak.
- 7-Kılavuz Tel Materyali Nikel Titanyum Ve Flexible Uç Kısmı Platin Olacak.
- 8-Tek Kullanımlık Ve Kılıf İçerisinde Yer Alacak.
- 9-Kılavuz Tel Yüksek Radyoopak Görünüme Ve Kayganlığa Sahip Olmalıdır.
- 10-200 Cm Ve 260 Cm Lik Modeller İçin Guide Wire Sabitleme Aparatı Ürünler İle Birlikte Ücretsiz Olarak Verilmelidir.

Doç. Dr. Orhan OZDOĞAN
Mersin Üniv. Sitesi Hastanesi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tel : 10210 Dip. Tes. No : 104317

Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uz
(Dip. No: 8244 Sicil No : 41349)

KILAVUZ TEL 0.035 HİDROFİLİK

- 1-Uç Kısmı Düz Ve Açılı Tipde Olacak.İstenilen Model İstenilen Miktarda Teslim Edilebilmelidir.
- 2-Uç Kısmı En Az 65 Mm Flexible Ve Hidrofilik Kaplı Olacaktır.
- 3-Opak Madde Tutmayacak.
- 4-0.035 Inch (0.63 Mm)Çapında Olacak
- 5- Doktor Kontrollü Ercp Sistemine Uygun Olarak 200-260 Ve 450 Cm Uzunluğunda Seçenekleri Bulunmalıdır.İstenilen Miktarlarda Teslimat Yapılabilmelidir.
- 6-Ardışık Gelen İki Farklı Renkten Oluşacak.Hidrofilik Uç Kısmı İse Siyah Renkli Olacak.
- 7-Kılavuz Tel Materyali Nikel Titanyum Ve Flexible Uç Kısmı Platin Olacak.
- 8-Tek Kullanımlık Ve Kılıf İçerisinde Yer Alacak.
- 9-Kılavuz Tel Yüksek Radyoopak Görünüme Ve Kayganlığa Sahip Olmalıdır.
- 10-200 Cm Ve 260 Cm Lik Modeller İçin Guide Wire Sabitleme Aparatı Ürünler İle Birlikte Ücretsiz Olarak Verilmelidir.

Doç. Dr. Saman ÖZDOĞAN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uz.
Dip. No: 8244 Sırt. No: 104317

Prof. Dr. Oğhan SEZGİN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uz.
(Dip. No: 8244 Sırt. No: 41349)