

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

6T

İlan No : 2025-09-3587
İstem No : 82696
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : DEMİRBAŞ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SİSTOÜRETROSKOP SETİ, MİNYATÜR KOMPAKT, FİBER	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa nümerik sayılarını fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa nümerik numara/markalama yazılacaktır. Mekanik, CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretlemler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkot/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunmaması/aşınması, vs) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ'de denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No. : 134299 Uzm. Tes. No. : 103143

Prof. Dr. Nakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No. : 106261 - 7159

543433

MİNYATÜR KOMPAKT FİBER SİSTO-ÜRETROSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 Adet MİNYATÜR KOMPAKT FİBER SİSTO-ÜRETROSKOP SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskop distal uçta 4.5 Fr., proksimal uçta ise 6.5 Fr. olmalıdır ve bu artış adımsız (kademe çıkıntıları olmadan) konikal olarak olmalıdır.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskop, operasyon esnasında uretrayı daha az travmatize etmesi ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proximal uca doğru konikal olarak (kademe çıkıntıları olmadan) genişlemelidir.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskopun çalışma uzunluğu 12 cm. olmalıdır.
- Operasyon esnasında minyatür kompakt sisto-üretroskopun kanalından kullanılan enstrumanların uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 5° olmalıdır.
- Minyatür Kompakt Sisto-Üretroskop, flexible enstrumanların ve aksesuarların kullanılabileceği 3.3 Fr. lik çalışma kanalına sahip olmalıdır.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskopun tek enstruman kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır.
- Minyatür Kompakt Sisto-Üretroskopun üzerinde, iki tane irrigasyon musluğu olan ve enstrumanların geçişine olanak sağlayan irrigasyon ve prob adaptörü kompakt vaziyette olmalıdır.
- Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için pratik bir şekilde sökülüp-takılabilmelidir.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskopun vizörü çalışmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Optimum irrigasyon yapılabilmesi için enstrüman ve irrigasyon kanalı oval olmalıdır.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskopun çalışma kanlından 1 adet 3 Fr lik enstruman kullanılabilmelidir.
- Teklif edilen uretero-renoskop çapı küçük olmasına rağmen son derece keskin ve net görüntüsü sağlayabilmelidir.
- Teklif edilen uretero-renoskop özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılabilmelidir.
- Teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretroskopun, son derece rahat ve atravmatik bir girişe imkan sağlamalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
- Görüntü ekranının her alanında net ve pürüzsüz olmalıdır bu özellik istenildiğinde demonstrasyon ile gösterilecektir.
- Teleskop üzerinde datamatrix barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatrix barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatrix barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir.
- Teleskop üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN EN 10088 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmelidir.
- Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanıklı safir lens olmalıdır ve orijinal belge/katalog veya sertifika ile belgelendirilmelidir.
- Otoklavlanabilmelidir.
- Beraberinde 1 adet insert konisi ve 1 adet sızdırmazlık contası verilmelidir.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. B. 3143
Dip. Tes. No: 134299 Uzm. Tes. No: 103143

Prof. Dr. Hakan TASKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No: 106281 1159

Minyatür Kompakt Sisto-Üretroskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir ;

- **1 Adet Yabancı Cisim Forsepsi**
 - Çapı 3 Fr. olmalıdır.
 - Çalışma uzunluğu 230 mm. olmalıdır.
 - Fleksible olmalıdır.
 - Dişli çeneli olmalıdır.
 - Otoklavlanabilmelidir.
- **1 Adet Biyopsi Forsepsi**
 - Çapı 3 Fr. olmalıdır.
 - Çalışma uzunluğu 230 mm. olmalıdır.
 - Fleksible olmalıdır.
 - Kaşık çeneli olmalıdır.
 - Otoklavlanabilmelidir.
- **1 Adet Fiberoptik Işık Kablosu**
 - Çapı 2,5 mm olmalıdır.
 - Uzunluğu 230 cm olmalıdır.
 - "Snap-On" Otomatik Güvenli Kilit Mekanizmasına sahip olmalıdır
 - Renk kodu yeşil olmalıdır.
 - Otoklavlanabilmelidir.
- **1 Adet Sterilizasyon ve Saklama Kabi,**
 - Normal sterilizasyon ve makinede sterilizasyon yapmaya uygun ve ayrıca taşımak ve cihazı muhafaza etmek amaçlı kullanılmak üzere teklif edilen minyatür kompakt sisto-üretrosko a uygun tel örgülü ve kapaklı processing basket ve adaptörleri olmalıdır.
 - İç ebatları 451 x 65 x 124 mm olmalıdır.
 - Dış ebatları 467 x 75 x 132 mm olmalıdır.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No. :134299 Üzm. Tes. No. : 103143

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No. :106261 - 7159