

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3589
İstem No : 82697
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KARACİĞER EKARTÖRÜ, ATRAVMATİK, FLEXIBLE	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa nümerik sayılarını fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa nümerik numara/markalama yazılacaktır. Mekanik, CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretlemler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkot/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunmaması/aşınması, vs) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ'de denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 186201 - 7159

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No.: 104299 Gen. Tes. No.: 103143

543432

TEKNİK ŞARTNAME

Fleksible, Atravmatik Karaciğer Ekartörü
(Kullanıma Uygun, 5 mm Kanüller ile Uyumlu, Medium-Large Boyut)

1. Kapsam

Bu teknik şartname, laparoskopik cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere medium-large boyutlarında, 5 mm kanüller ile uyumlu, fleksible ve atravmatik karaciğer ekartörü alımı için hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

- Cihaz laparoskopik cerrahilerde karaciğerin güvenli şekilde ekarte edilmesi amacıyla kullanılmalıdır.
- Ekartör fleksible yapıda olmalı ve cerrahın karaciğeri minimal travma ile güvenle ekarte etmesine imkân tanımalıdır.
- Atravmatik uç tasarımı sayesinde karaciğer dokusunda basınç nekrozu veya laserasyon riskini en aza indirmelidir.
- Medium-large boyutlarında olmalı, erişkin cerrahilerde yeterli görüş ve ekartasyon sağlamalıdır.
- 5 mm trokar/kanüller ile tam uyumlu olmalıdır.

3. Teknik Özellikler

- Malzeme, biyouyumlu, sterilize edilebilir ve dayanıklı yapıda olmalıdır.
- Yüksek mukavemetli, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
- Esnek (fleksible) shaft yapısı sayesinde anatomik farklılıklara uyum sağlamalıdır.
- Defalarca sterilizasyona (otoklav vb.) dayanıklı olmalıdır.
- Paslanmaz çelik veya eşdeğer dayanıklılıkta metal/kompozit malzeme içermelidir.
- Ekartörün ucu, atraumatik ve yuvarlatılmış olmalı, dokuda hasar oluşturmamalıdır.
- Kullanım sırasında cerrahın manevrasını kolaylaştıracak ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Mahan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 106261 - 7159

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No.: 134299 Uzm. Tes. No.: 103143

4. Güvenlik ve Kalite Standartları

- Cihaz CE veya FDA onaylı olmalıdır.
- İlgili ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.
- Tıbbi cihaz yönetmeliklerine (MDR 2017/745 veya eşdeğeri) uygun olmalıdır.

5. Aksesuar ve Teslimat

- Ürün steril edilebilir özellikte teslim edilmelidir.
- Kullanım kılavuzu Türkçe ve/veya İngilizce olarak sağlanmalıdır.
- Ürün en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

6. Eğitim ve Servis

- Satıcı firma, cihazın kullanımı ve bakımı konusunda gerekli eğitimi vermelidir.
- Yedek parça ve teknik servis desteği en az 10 yıl süreyle sağlanmalıdır.

7. Diğer Hükümler

- Cihaz yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Teslimat süresi sözleşme imzasından itibaren en geç 60 gün olmalıdır.

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Geriatriği
Dip. Tes. No.: 106281 - 7159

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Geriatriği A. B.
Dip. Tes. No.: 134299 / İzm. Tes. No.: 103143