

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3604
İstem No : 82712
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

A4

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUTUCU, AÇI GÖSTERGELİ, AYARLANABİLİR, MİKRO MANİPLATÖR CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibariyle geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Narishige UT10 Universal Joint (Açı Göstergeli) Teknik Şartname

- UT10; üç eksenli hidrolik mikromanipülatörün hareket ünitesini pipet tutucusuna ya da enjeksiyon tutucusuna bağlayan bir parçadır.
- Narishige Marka, ONE-3 ve ON99-D mikromanipulatör sistemine uygun olmalıdır.
- İçerisinde açı göstergesi (angle gauge) olmalıdır, bu sayede pipetin eğik ucunun yatay konumda olması kolaylıkla ayarlanabilir.
- 5°'lik açı göstergesi olmalıdır ve ayar açısı hassas bir şekilde ayarlanabilmelidir.
- UT-10 Enjeksiyon tutucuyu daha sıkı bir şekilde sabitlemeyi sağlamalıdır.
- UT-10, ileri-geri ve yukarı-aşağı yönlerde hassas açı ayarlamaları sağlayan salınım ve eğim ayar mekanizmalarıyla donatılmış olmalıdır.
- Boyutlar/Ağırlık: W110 × D34 × H71mm, 80g olmalıdır.
- İlgili parça cihazın çalışmasında herhangi bir performans düşmesine ve özellik kaybına sebebiyet vermemelidir.
- Teklif veren firma, ilgili sisteme/markaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesini teklif ile birlikte ibraz etmelidir.
- Teklif edilecek malzeme cihazın orijinal parçası olmalıdır.


Salman ÖCAL
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DINCER
Biyomedikal Uzman