

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

İlan No : 2025-10-3768
İstem No : 82762
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PROB, TOTAL HEMOGLOBİN	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEMİRBAŞ CİHAZ İÇİN HEMOGLOBİN PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Demirbaş pulseoksimetre cihazımız ile uyumlu orijinal prob olmalıdır.
2. Prob, Radical 7 veya Rainbow SET teknolojisi bulunduran çoklu parametre ölçüm monitöründe (ROOT), perfüzyon indeksi, **Total hemoglobin ve oksijen rezerve indeksi** ölçümü yapabilmelidir.
3. Prob ile noninvaziv hemoglobin (SPHB) hem numerik hem de trend olarak takip edilebilmelidir.
4. Prob, sinyal ayıklama teknolojisi (Rainbow-Set) içermelidir ve bu durum belgelendirilmelidir.
5. Probun hareketsiz hastada 0-25 g/dl validasyon aralığındaki doğruluk ölçüm aralığı 8-17 gr/dl olmalı ve ölçüm doğruluğu en fazla ± 1 gr/dl olmalıdır.
6. Prob, hatalı değer okunması ve hasta izlemesinin beklenmedik şekilde kaybedilmesi riskini en aza indirmek için sensör, X-Cal veya benzeri teknolojiye sahip olmalıdır.
7. Erişkin, Pediatrik, Yenidoğan ve İnfant tipi bulunmalıdır.
8. Prob tek hasta kullanımlı ve aynı hastada 7 (yedi) gün sürekli monitörizasyona uygun olmalıdır.
9. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex içermemelidir.
10. Prob post-op hastada non-invaziv yöntemle sürekli hemoglobin ölçümü yapabilmelidir.
11. Prob hastanın eline tırnak yatağı üzerine 7 (yedi) 'den fazla dalga boyu göndererek spektrofotometrik olarak Hemoglobin ölçümü yapmalıdır.
12. Ölçüm kalitesi için probun detektör penceresi ışık enterferansını engellemek üzere siyah opak bir yüzeye oturtulmuş olmalıdır.
13. Prob cihazda lisansı yüklü ise oksijen rezerve indeksi (ORI) parametresini de olcumunu yapabilmelidir. Böylece hastanın hemodinamik durumunun yönetilmesinde hekime rehberlik sağlamalıdır. Bu parametrenin ölçümü için ilave prob gerekmemelidir.
14. Prob, teknolojik bütünlük açısından cihaz ile aynı teknoloji / markalı çoklu parametre ölçüm cihazı root veya radical 7'nin orijinal ürünü olmalıdır.
15. İhaleyi kazanan firma, her 300 (uc yüz) adet prob için problemlerle aynı marka ve teknoloji 1 (bir) adet modülü ve cihazı sözleşme süresi boyunca sarf kullanımı için hastanede kullanım amacıyla bulundurmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026

Prof. Dr. Ali Şuğ ARSLANKÖYLÜ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D
Dip. Tes. No.: 04159