

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/09/2025

İlan No : 2025-09-3613
İstem No : 82763
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIM

YANPAK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SABİTLEME KEMERİ, PEDIATRİK	400	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SABİTLEME KEMERİ, PEDİATRİK

- 1- Sabitleyici bant esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır.
- 2- Üç kat malzemeden üretilen sabitleyici bandın cilde temas eden bölümünde teri emebilen pamuklu penye tabaka, orta bölümünde esnekliği sağlayan poliüretan köpük tabaka, üst bölümünde ise tutucu görev yapan velkronun rahatça tutunabilmesi için şardonlanmış jarse malzeme olmalıdır.
- 3- Lateks içermemelidir, anti alerjen olmalıdır.
- 4- Antibakteriyel olmalıdır.
- 5- Sabitlemede cilde temas eden hiçbir yapışkan ya da yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
- 6- Uzun süre bağlı kalabilen bandın hastanın cildine zarar vermemelidir.
- 7- Bandın bileğe sarılan kısmın boyu her bebeğe/çocuğa uyabilmesi için farklı boylarda olmalıdır.
- 8- El ve ayak için iki farklı ende olmalıdır.
- 9- Bebeğin/çocuğun el ve ayağının yatağa bağlanabilmesi için bandın üzerine dikili farklı uzunluklarda bir çift pamuklu malzemeden üretilmiş bağlantı kurdelesi olmalıdır.
- 10- Bandın düz ucunda bileğe bağlandıktan sonra bebeğin/çocuğun her türlü zorlamasına karşın açılmayı engelleyen velkrodan bir kilit parçası bulunmalıdır.
- 11- Bant, bir yüzü şeffaf steril ambalaj poşeti içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın kullanım talimatı olmalıdır.
- 12- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

Doc. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026

Prof. Dr. Ali Ertuğ ARSLANKÖYLÜ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D
Dip. Tes. No.:94159