

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/09/2025

İlan No : 2025-09-3612
İstem No : 82779
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	REGÜLATÖR, OKSİJEN, BS GİRİŞLİ, ÇİFT SAATLİ	3	Adet					
2	ÜST CAM, FLOWMETRE, AYM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FLOWMETRE ÜST DIŞ CAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) AYM-FLV-BS ürün kodlu flowmetre üst dış cam olacak
- 2) 0-15 lt/dk aralığında olacak.
- 3) Kırılmalara karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı.
- 4) 100 adet alınacaktır.
- 5) Hastanede kullanılan flowmetreyle uyumlu olmalı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü

Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu

Ü. Muhsin TOROSLU

ÇİFT SAATLİ OKSİJEN REGÜLÂTÖRÜ (PRİZLİ) ŞARTNAMESİ

- 1) Medikal oksijen regülatörü
- 2) Çift saatli (çift manometreli)
- 3) 0-16 bar basınç göstergeli
- 4) En az 230 bar reglatör giriş basıncı olmalıdır.
- 5) BS giriş çıkışlı olmalıdır.
- 6) BS prize 0-16 bar arası olmalıdır.
- 7) 0-315 bar arasında basınç göstergesi olmalıdır.
- 8) İstenilen basıncı ayarlanabilmeli
- 9) 4 cm lik küçük saatler
- 10) $\frac{3}{4}$ oksijen ventillerine uygun
- 11) Komple kromaj kaplama
- 12) Prinç hammaddeden imal
- 13) CE 0476 belgesi olmalı ve kapsamında yazmalıdır.
- 14) İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2008 kalite belgeli olmalıdır.
- 15) Üretici firma TSE Hizmet Yeterlilik (Turkey Onaylı) belgesine sahip olmalı
- 16) İşçilik ve imalat hatalarına karşı iki (2) yıl garantili olmalı.
- 17) Numune görülecektir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN