

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26.09.2025

İlan No : 2025-09-3683
İstem No : 82807
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HBC IGG	3300	Test					
2	HBC IGM	1500	Test					
3	HBS AG	10000	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1. HBC IGG;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilirdir.
4. Kitlerin çalışılabilirdesi için gerekli her türlü sarf malzeme firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
5. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
6. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır
7. Kitler teslim edildiği tarihte en az 6 (altı) ay miadlı olacaktır

2. HBC IGM;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilirdir.
4. Kitlerin çalışılabilirdesi için gerekli her türlü sarf malzeme firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
5. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
6. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
7. Kitler teslim edildiği tarihte en az 6 (altı) ay miadlı olacaktır

3. HBs Ag;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. HBsAg kiti; bilinen mutantların çoğunu tesbit edebilecektir.
4. Kitler teslim edildiği tarihte en az 6 (altı) ay miadlı olacaktır.
5. Kitlerin çalışılabilirdesi için gerekli her türlü sarf malzeme firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
6. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
7. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır

Prof. Dr. Nuri DELIALIOĞLU
MEU Sağlık Araştırmaları
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji D
Dip. Tes. No: 8631

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniv. Tıbbi Hastane
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No.: 814