

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/09/2025

İlan No : 2025-09-3690
İstem No : 82822
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VAKUMLU TREPAN, AYARLANAMAYAN, 8.25MM	9	Adet					
2	BARRON VAKUM PUNCH TREPHAN, TEK KULLANIMLIK, 8.25MM	9	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PUNCH TREPAN

	1. Punch keratoplasi için üretilmiş olmalıdır.
	2. Punch kornea yerleřtirmek için kullanılacak vakumlu veya vakumsuz olmalıdır. 3. Punch' ta kornea yerleřtirici parçanın vakumlu veya vakumsuz gövde kısmı çelik veya plastik, olmalıdır. 4. Punch çapları 6.25 mm den 10.0 mm ye kadar 0.25 mm aralıklarla olmalıdır.
	5. Punch, 5 ml'lik siyah contalı yaylı řırınga, silikon hortum, kornea yerleřtirici içerecektir.
	6. Punch steril paket içerisinde olacaktır.

Prof. Doç. Dr. Özer DUNÇAYI
MEÜ Sağlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Gözetim Kurulu
Tic. Sic. No: 131400

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Gözetim Kurulu
Tic. Sic. No: 131400

VAKUMLU TREPAN

	1. Keratoplasti ameliyatında alıcı korneadan, sağlıklı kornea dokusunun çıkartılması amacı ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
	2. Trepanın, 6.00 mm'den 9.50 mm ye kadar çaplarında ve 0.25 mm aralıklarında seçenekleri olmalıdır. 3. Bıçaklar paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
	4. Trepan hasta gözüne kornea veya limbal vakum ile kesim işlemi öncesinde fıkse olmalıdır. 5. Hasta gözündeki trepanı merkezleyebilmek için merkezleme indikatörü bulunmalı ve hasta gözüne trepan yerleştirilirken rahatlıkla görülmeli, paralaks hata yapılmasını engellemelidir veya trepanın merkezleme amacıyla kullanılacak çarpı şeklinde tel kılavuzu olmalıdır. 6. Bıçakların paslanmaz çelikten yapılmış olmalı ve pürüzsüz kesi sağlamalıdır. 7. Her turda kaç mikron derinlikte kesi yaptığı belirtilmelidir.
	8. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Özer DÜNEKAL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Polikliniği
Tel No: 334400

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Polikliniği
Tel No: 334400