

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

YANPAR

İlan No : 2025-10-3764
İstem No : 82832
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : LEİCA MARKA CERRAHİ MİKROSKOPTA KULLANILMAK ÜZERE ASİSTAN BAŞLIĞI ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASİSTAN BAŞLIĞI, CERRAHİ MİKROSKOP İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASİSTAN BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Başlık LEİCA marka F40 model cerrahi mikroskop cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Başlık üzerinde okülerleri de beraberinde olmalıdır.
- 3-Başlık üzerinde bulunan okülerlerden bakma açısı ayarlanmalıdır.
- 4-Başlık cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen orijinal başlık olmalıdır.
- 5-Başlık cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Başlık orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 7-Başlık fabrikasyon hatalara karşın en az 6(altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 8-Başlık körüklü ayarlanabilir özellikte olmalıdır.


Selman ÖCAL
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

✓


NURETTİN DİNÇER
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

✓