

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

İlan No : 2025-10-3767
İstem No : 82843
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SLE VE LEONİ MARKA CİHAZLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FLOWSENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, SLE	50	Adet					
2	KABLO, FLOWSENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, SLE	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FLOW SENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, SLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flow sensör, SLE marka 4000- 5000 model ventilatörlere uygun ve orjinal olmalıdır.
2. Flow sensör, Y parçanın ucuna kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Akışın hem yönünü hem miktarını ölçebilir özellikte olmalıdır.
4. Akım sensörü ile alınan ölçümler hasta solunum devresine bağlı bir kablo aracılığı ile cihaza iletilir özellikte olmalıdır.
5. Flow sensör, girişi cihaza ait flow sensör kablosunun yuvasına tam oturacak şekilde olmalıdır.
6. Akış sensörünün kalibrasyonu ventilatör cihazı her açıldığında veya sensör değiştirildiğinde yapılabilir özellikte olmalıdır ve kalibrasyonu sık sık bozulmamalıdır.
7. Flow sensörün okuma hassasiyeti +/- %8 olmalıdır.
8. Ürün uygunluğu kullanılacak bölüm tarafından verilecek olup ürün uygunluğu için numune istenecektir

KABLO, FLOW SENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, SLE TEKNİK ŞART NAMESİ

1. SLE marka 4000- 5000 model ventilatöre uygun ve orjinal olmalıdır.
2. Tidal hacim ölçümü yapmak için kullanılabilir olmalıdır.
3. Kablonun ucuna SLE marka flow sensör takılabilir olmalıdır.
4. Bağlantı noktaları kırılmalara karşı korumalı olmalıdır.
5. Ürün uygunluğu kullanılacak bölüm tarafından verilecek olup ürün uygunluğu için numune istenecektir.
6. Teklif verecek firmanın ventilatör cihazının yedek parçası için yetki belgesi olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte sunmalıdır.

Doç.Dr. Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Numune No: 3276 - 92512
Dip. Tes. No: 3276 - 92512

AYŞE DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİCAL SORUMLUSU

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Dip. Tes. No: 144782