

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/09/2025

İlan No : 2025-09-3680
İstem No : 82850
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	MDM ANA KONTROL PC, ANJİYOGRAFI CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MDM KASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilecek MDM kasası, Siemens Artis Zee Biplane anjiyografi cihazı ile doğrudan uyumlu olmalıdır. Herhangi bir modifikasyon, adaptör ya da ek donanım ihtiyacı olmadan çalışmalıdır.
- 2- Cihaz orijinal, yeni ve kullanılmamış olmalıdır. Demo ürünler, yenilenmiş (refurbished) cihazlar ve ikinci el ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3- MDM kasası, üretici veya yetkili distribütör firma tarafından sağlanmalı ve teknik destek sunulabilir olmalıdır.
- 4- Sistem, Siemens Artis Zee Biplane cihazının tüm görüntü işleme ve monitörleme fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilmelidir.
- 5- MDM kasasının kurulum, montaj ve devreye alma işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 6- Cihazın kurulumu sonrasında Siemens Artis Zee Biplane sistemi ile entegrasyonu test edilecek ve çalışır durumda teslim edilecektir.
- 7- Kurulum sonrası kullanıcıya test raporu sunulmalı ve kullanıcı onayı alınmalıdır.
- 8- Ürün en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.


BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ


NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANJİYOGRAFİ		
GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ	Marka : SIEMENS		
	Model : ARTIS ZEE BIPLANE		
	Seri No: 154735		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 23.09.2025	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazın ana ekranına görüntü gelmemektedir. Bakım anlaşması gereği ilgili servisi tarafından kontrolleri sonrası MDM kasasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli onarım işlemleri yapılmıştır fakat kasa çalışmamıştır. Kasanın yenisi ile değişimi kararı alınmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
	NURETTİN DİNCER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :