

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

30/09/2025

İlan No : 2025-09-3741
İstem No : 82854
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR	25	Adet					
2	PLAK SİSTEMİ, KOSTA, VİDASIZ	50	Adet					
3	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX10MM	80	Adet					
4	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX12MM	80	Adet					
5	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX14MM	80	Adet					
6	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 8 DELİKLİ	5	Adet					
7	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 10 DELİKLİ	5	Adet					
8	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 12 DELİKLİ	5	Adet					
9	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 14 DELİKLİ	5	Adet					
10	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 16 DELİKLİ	5	Adet					
11	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 18 DELİKLİ	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Kosta Birleřtirici Bar
SUT KODU: GHC2005

1. Ürünler göğüs deformitelerini tedavi etmek için özel olarak tasarlanıp üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler kemik iyileřmesi sırasında kemiğın biyolojik özelliğının korumasını sağlamalıdır.
3. Ürünler kemiğın anatomik yapısını bozmadan kemiğı sabitlemelidir.
4. Ürünler göğüs travmalarının tedavisini hızlandıracak özellikte olmalıdır.
5. Ürünler tek ve çoklu kırıklar, torasik flepler ve kısmi kostektomiler gibi farklı toraks lezyonlarının tedavisini mümkün kılmalıdır.
6. Ürünler tekli ve çoklu kırıkları tedavi edebilmelidir.
7. Ürünler saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
8. Ürün yapısı kostaın çevresini tamamen kavramalı, alet kullanmadan kostadan ayrılabilmelidir.
9. Ürünler esnek olup el yardımıyla kosta anatomisine uygun olarak şekil verilebilmelidir.
10. Ürünler korozyona uğramayıp biyo uyumlu olmalıdır
11. Ürünler X-RAY, CT ve MR' a uygun olmalıdır.
12. Ürünlerin titubb kaydı yapılmış olup sağık bakanlığından onayının alınmış olması gerekir.
13. Ürünler otoklavda steril edilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet ÖZÜK
MEÜ Sağık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları
Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Erhan AYAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Tıbbi Res. No: 77361

Kosta İçin Vidasız Plak Sistemi.
SUT KODU: GHC2004

1. Ürünler göğüs deformitelerini tedavi etmek için özel olarak tasarlanıp üretilmiş olmalıdır.
2. Plak sistemi, operasyon yapılırken cerrahlara basitlik ve kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanmıştır.
3. Plak sistemi, geleneksel açık kaburga prosedürlerine kıyasla daha küçük kesiler le uygulama yapabilme olanağı sunmalıdır.
4. Plak sistemi, kemiklere kan akışının korunmasına yardımcı olan periosteum da bozulmayı engellemelidir.
5. Ürünler kemik iyileşmesi sırasında kemiğin biyolojik özelliğinin korumasını sağlamalıdır.
6. Ürünler kemiğin anatomik yapısını bozmadan kemiği sabitlemelidir.
7. Ürünler göğüs travmalarının tedavisini hızlandıracak özellikte olmalıdır.
8. Ürünler tek ve çoklu kırıklar, torasik flepler ve kısmi kostektomiler gibi farklı toraks lezyonlarının tedavisini mümkün kılmalıdır.
9. Ürünler tekli ve çoklu kırıkları tedavi edebilmelidir.
10. Ürünlerin ham maddesi nitinol olup şekil bellek hafızası olmalıdır.
11. Set içindeki bulunan farklı çaplardaki klipsler kostaya uyum sağlamalı ve konteynir içerisinde kendisine özel yapılmış bölümde muhafaza edilmelidir
12. Plak yapısı kostanın çevresini tamamen kavramalı, alet kullanmadan kostadan ayrılabilmelidir.
13. Konteynir içinde 12mm, 14mm, 16mm ve 18mm çapında klipsler kendi özel yerinde hazır bulunmalıdır.
14. Klipsler şekil hafıza özelliğine sahip olmalıdır.
15. Klipsler soğuk uygulandığında özel açıcısı yardımı ile açılmalı, sıcak uygulandığında kendiliğinden kapanmalıdır.
16. Ürünü uygulama yapmaya başlamadan önce 0°C -5°C arası soğutularak rahatça açılabilmesi sağlanmalıdır. (dip frizde bulundurulacak serum fizyolojik olabilir)
17. Ürünü kırık hattına yerleştirdikten sonra 40°C 45°C arası steril solisyonlu tamponla üzerine bastırıp sabitlenmesi sağlanmalıdır.
18. Ürünler korozyona uğramayıp biyo uyumlu olmalıdır
19. Ürünler X-RAY, CT ve MR' a uygun olmalıdır.
20. Ürünlerin titubb kaydı yapılmış olup sağlık bakanlığından onayının alınmış olması gerekir.
21. Ürünler otoklavda steril edilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Özgür K. YERLİ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıp. Tels. No: 43026

Prof. Dr. Erhan AYAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Tıp. Tels. No: 77361

Kosta ve sternum sabitleme sistemi için vida
SUT KODU :GHC 2003

- 1- Vidalar göğüs duvarı deformitelerinde kullanılan plakları sabitlemeye uygun özelliklerde tasarlanıp imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Vida çapları 2.7 mm olmalıdır.
- 3- Vida boyları 10 mm 12 mm 14 mm olmalı ve ameliyat esnasında her boydan set içerisinde yeterli miktarda bulunmalıdır.
- 4- Vidalar korozyona dayanıklı olmalıdır.
- 5- Vida başları set içindeki göndericiyle uyum sağlamalıdır.
- 6- Vidalar self dirilin özelliğine sahip olup ameliyat esnasında kolaylık sağlamalıdır.
- 7- Vidalar X-RAY, MR ve CT ye uyumlu olmalıdır.
- 8- Vidaların titubb kaydı yapılarak sağlık bakanlığından onayının alınmış olması gerekmektedir.
- 9- Vidalar otoklavda steril olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Özgür KÖSE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dış. Tel. No: 435226

Prof. Dr. Erhan AYAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahisi A.D.
Dış. Tel. No: 77361

Malzeme Adı	SUT Kodu	Talep Miktarı (Adet)
Kosta ve sternum Sabitleme Sistemi (Plak)	GHC 2002	30
Kosta Birleřtirici Bar	GHC 2005	25
Kosta İin Vidasız Plak Sistemi	GHC 2004	50
Kosta ve sternum sabitleme sistemi iin vida	GHC 2003	240

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KÖKSEİ
MEÜ Sağlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Bařkanı
E-posta No: 43326

Prof. Dr. Erhan AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
E-posta No: 77361

Kosta ve Sternum Sabitleme Sistemi

SUT KODU: GHC2002

1. Ürünler göğüs deformitelerini tedavi etmek için özel olarak tasarlanıp üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler kemik iyileşmesi sırasında kemiğin biyolojik özelliğinin korumasını sağlamalıdır.
3. Ürünler kemiğin anatomik yapısını bozmadan kemiği sabitlemelidir.
4. Ürünler göğüs travmalarının tedavisini hızlandıracak özellikte olmalıdır.
5. Ürünler tek ve çoklu kırıklar, torasik flepler ve kısmi kostektomiler gibi farklı toraks lezyonlarının tedavisini mümkün kılmalıdır.
6. Ürünler tekli ve çoklu kırıkları tedavi edebilmelidir.
7. Ürünler grade 5 saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
8. Ürünlerin yivleri 2.7 mm çapında olmalıdır.
9. Ürünler 8, 10, 12, 14, 16, 18 delikli olup ameliyat esnasında set içinde her boydan hazır bulunmalıdır.
10. Ürünler korozyona uğramayıp biyo uyumlu olmalıdır
11. Ürünler X-RAY, CT ve MR' a uygun olmalıdır.
12. Ürünlerin titubb kaydı yapılmış olup sağlık bakanlığından onayının alınmış olması gerekir.
13. Ürünler otoklavda steril edilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Öğüt K. KECİ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta No: 43626

Prof. Dr. Erhan AYAN
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
E-posta No: 7361