

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

İlan No : 2025-10-3762
İstem No : 82872
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Güntübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS	3	Adet					
2	BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	5	Adet					
3	BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	4	Adet					
4	GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU, HSA'LI	3	Adet					
5	FERTİLİZASYON MEDYUMU, HSA'LI	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositin kumulus ve korona hücrelerinin temizlenmesi için konsantre solüsyon olmalıdır.
2. Fizyolojik tuz tamponlu olmalıdır.
3. 10 kez konsantre edilmiş olmalıdır.
4. Penisilin G içermelidir.
5. HSA içermelidir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. 800 IU/mL düzeyinde Hyaluronidaz enzimi içermelidir.
8. Gamet kültür solüsyonu ile dilüe edilerek kullanılabilir olmalıdır.
9. EDTA içermemelidir.
10. HEPES içermemelidir.
11. 37°C ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
12. -20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalıdır.
13. 0,1 ml Şişelerde olmalıdır.
14. pH:7,35 +/- 0,1; osmolalite 283 +/- 5 olmalıdır.
15. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
16. Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml olmalıdır.

BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6-8 hücreden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. HEPES içermemelidir.
5. Penisilin G içermelidir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
8. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
9. Albümin kaynağı içermelidir.
10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
12. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 263 +/- 5 olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
15. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. HEPES içermemelidir.
6. Penisilin G içermelidir.
7. Phenol red içermemelidir.
8. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
9. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
10. Albümin kaynağı içermelidir.
11. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
12. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.

01.08.2011 tarihli
Mikroenjeksiyon
Laboratuvarı
Bakım ve Kontrol
Bölümü
107383

107383

16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
2. Oosit eldesi, denüdayon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
3. MOPS tamponlu olmalıdır.
4. Oda atmosferinde pH düzeyini dengelemelidir.
5. Phenol red içermemelidir.
6. HEPES içermemelidir.
7. Penisilin G içermelidir.
8. 125 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
9. Albümin kaynağı içermelidir.
10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
12. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml
16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

FERTİLİZASYON MEDYUMU (HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeye uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. Phenol red içermemelidir.
5. Penisilin G içermelidir.
6. ml'lik Şişelerde olmalıdır.
7. Albümin kaynağı içermelidir.
8. HSA ilave edilmiş, kullanıma hazır olmalıdır.
9. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
10. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
11. PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalıdır.
12. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
13. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
14. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

İmza
Öğr. Gör. Dr. İzzet Gün
107383

Prof. Dr. S. Altınkaya YAZICI
Mikrobiyoloji ve
İmmünoloji Merkezi
Kocaeli Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No: 83810