

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3946
İstem No : 82876
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SU GİRİŞ VALFİ, YIKAMA CİHAZI İÇİN	2	Adet					
2	PİSTON VALF, OTOKLAV İÇİN	2	Adet					
3	SEVIYE ŞAMANDIRASI, OTOKLAV İÇİN	1	Adet					
4	KAPI CONTASI, OTOKLAV İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr

PİSTON VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Valf, BELİME D marka 6-6-18 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Valf, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Valf, yüksek ısıya karşı dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Valf, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Valf, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.
- 6-Valf, CE(Güvenlk) şartlarına uygun olmalıdır.

GİRİŞ VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Valf, BELİME D marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Valf, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Valf, fabrikasyon hatalara karşın en az 6(Altı) cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 4-Valf, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilmelidir.
- 5-Valf, CE(Güvenlk) şartlarına uygun olmalıdır.

İSMAİL YILDIRIM
BIYOMEDİKAL TEKNİKER



NURETTİN DİNÇER
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : YIKAMA CİHAZI		
STERİLİZASYON	Marka : BELİMED		
	Model : WD200		
	Seri No: 2010750		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 24.09.2025	Var []	Yok [x]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti :

Cihazda su hatası (error 143) vermektedir. Bakım anlaşması gereği ilgili servisi tarafından inceleme sonrasında 2 adet su giriş valfinin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKER <i>[Signature]</i>	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU <i>[Signature]</i>	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator <i>[Signature]</i>

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOKLAV		
STERİLİZASYON	Marka : BELİMED		
	Model : 6.6.18		
	Seri No: 2010528		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 24.09.2025	Var []	Yok [x]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti :

Cihazda su kaçağı mevcuttur. Bakım anlaşması gereği ilgili servisi tarafından inceleme sonrasında 2 adet piston valfin deformasyonu sonucu kaçak olduğu tespit edilmiştir. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

4 adet Kapı Contası
2 adet piston valf

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKLER 	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU 	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi

Açıklama :

--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOKLAV		
STERİLİZASYON	Marka : BELİMED		
	Model : 6-6-18		
	Seri No: 2010528		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 24.01.2025	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan kontrollerde su kaçağı olduğu tespit edilmiştir. İlgili firması tarafından kontrol edilerek seviye şamandırasının arızalı olduğu ve kaçağın giderilemediği için yenisi ile değişiminin gerekli olduğu tespit edilmiştir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU 	

Açıklama :

--	--

OTOKLAV KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Conta, Belimed marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Conta, 134 derece ısıya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 3- Conta, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4- Fabrikasyon hatalara karşı en az 6 ay garantili olmalıdır.

SEVİYE ŞAMANDIRASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Şamandıra, Belimed marka 6-6-18 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Orijinal paketinde olmalıdır.
- 3- En az altı ay garantili olmalıdır.
- 4- CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



NURETTİN DİNER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

