

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

İlan No : 2025-10-3765
İstem No : 82902
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, NÖROVASKÜLER, 3.2F, 2-4MMX175CM	2	Adet					
2	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, NÖROVASKÜLER, 3.2F, 4-8MMX175CM	2	Adet					
3	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK, 6-10MMX120CM	2	Adet					
4	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK, 9-15MMX120CM	2	Adet					
5	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK, 12-20MMX120CM	2	Adet					
6	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK, 18-30MMX120CM	2	Adet					
7	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK, 27-45MMX120CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SNAARE SİSTEM

- SİSTEM UCUNDA KEMENT BULUNAN BİR SNAARE VE BUNA UYGUN BİR TAŞIYICI KATETERDEN MEYDANA GELMELİDİR.
- SİSTEM 1 VEYA 3 LOOP OLARAK FARKLI KONFIGÜRASYON ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR VE KULLANICI TARAFINDAN SEÇİLEBİLMELİDİR.
- SNAARE TAŞIYICI KATETERİ KINK-RESİSTANCE ÖZELLİKTE OLMALI VE DİSTAL UCUNDA BİR ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
- SNAARE NİTİNOL MATERYALDEN MAMUL OLMALI FLEXIBILITE, KIRILMAZLIK ÖZELLİĞİ VE 1:1 TORK KONTROLÜNÜ SAĞLAMALIDIR.
- SNAARE LOOPLARI YÜKSEK RADYOOPASİTEYE SAHİP OLMALIDIR.
- SNAARE UCUNDAKİ LOOPLAR BİRBİRİNE HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK BİR SİSTEMLE BAĞLANMIŞ OLMALI BU SAYEDE DAMAR LÜMENİNE MÜKEMMEL BİR UYUM SAĞLAYABİLMELİDİR.
- SNAARE 2mm – 45mm ARASINDAKİ LÜMENLERDE KULLANILABİLMESİ İÇİN DEĞİŞİK ÖLÇÜLERE SAHİP OLMALIVE BÖLÜMÜN İSTEDİĞİ ÖLÇÜ VE ADETLERDE TESLİM EDİLEBİLMELİDİR.

Prof. Dr. C. Ö. ÖZGÜR
Etiler Üniversitesi
Radyoloji
Diyarbakir, 2013

Prof. Dr. Engin KARA
Saglık Arastirma
Ugulama Merkezi
Diyarbakir
641 1434

MICRO-SNAARE SİSTEM

- SİSTEM UCUNDA KEMENT BULUNAN BİR SNAARE VE BUNA UYGUN BİR TAŞIYICI KATETERDEN MEYDANA GELMELİDİR.
- SİSTEM 1 VEYA 3 LOOP OLARAK FARKLI KONFIGÜRASYON ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR VE KULLANICI TARAFINDAN SEÇİLEBİLMELİDİR.
- SNAARE TAŞIYICI KATETERİ KINK-RESİSTANCE ÖZELLİKTE OLMALI VE DİSTAL UCUNDA BİR ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
- TAŞIYICI KATETER BOYUTLARI 3F 150 CM , SNAARE İSE LOOP GENİŞLİĞİ 2-4MM (ÜÇ LOOPLU SEÇENEKLER İÇİN) 2 VEYA 4MM (TEK LOOPLU SEÇENEKLER İÇİN) VE SİSTEM UZUNLUĞU 175 CM ÖLÇÜLERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- SNAARE NİTİNOL MATERYALDEN MAMUL OLMALI FLEXIBILITE, KIRILMAZLIK ÖZELLİĞİ VE 1:1 TORK KONTROLÜNÜ SAĞLAMALIDIR.
- SNAARE LOOPLARI YÜKSEK RADYOOPASİTEYE SAHİP OLMALIDIR.
- SNAARE UCUNDAKİ LOOPLAR BİRBİRİNE HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK BİR SİSTEMLE BAĞLANMIŞ OLMALI BU SAYEDE DAMAR LÜMENİNE MÜKEMMEL BİR UYUM SAĞLAYABİLMELİDİR.

Prof. Dr. Caner ÖZER
Universitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No: 48/12

Prof. Dr. Engin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No: 69/147/74843