

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

BA

İlan No : 2025-10-3771
İstem No : 82907
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ABDOMİNAL SENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, LPS	10	Adet					
2	FLOWSENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, LPS	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VENTİLATÖR, ABDOMİNAL, YENİDOĞAN, LPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sensör, Löwenstein marka Leoni Plus yenidoğan ventilatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sensör cihaz üzerindeki sensör bağlantı noktasına kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Sensör S-NCPAP ve S-NIPPV modlarında kullanılabilir olmalıdır.
4. Sensör cihazda ayarlanan eşik değerindeki tetikleri batın tetik olarak algılamalıdır.
5. Sensörün algıladığı her tetik cihaz üzerinde izlenebilmelidir.
6. Tetik eşiği 1-30 aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
7. Sensör hortumu en az 150 cm olmalıdır.
8. Ürün uygunluğu kullanılacak bölüm tarafından verilecektir, ürün uygunluğu için numune istenecektir.
9. Teklif verecek firmanın Löwenstein marka ventilatör cihazları için yetki belgesi olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte sunmalıdır.

FLOW SENSÖR, VENTİLATÖR İÇİN, YYBÜ, LPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flow sensör, Löwenstein marka Leoni Plus yenidoğan ventilatörlerinde kullanıma uygun ve orjinal olmalıdır.
2. Flow sensör, Y parçanın ucuna kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Flow sensör, her solunumda ölçüm yapabilmelidir.
4. Flow sensör, girişi cihaza ait flow sensör kablosunun yuvasına tam oturacak şekilde olmalıdır.
5. Flow sensördeki ölü boşluk 0.6 ml'den daha büyük olmamalıdır.
6. Flow sensör, 134 °C'de, 5 – 10 dakika arasında buhar otoklav işlemi ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
7. Ürün uygunluğu kullanılacak bölüm tarafından verilecek olup ürün uygunluğu için numune istenecektir.
8. Teklif verecek firmanın Löwenstein marka ventilatör cihazları için yetki belgesi olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte sunmalıdır.

Doç.Dr. Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Diyarbakır
Diyarbakır Mes. No: 3296 - 92512

NURİTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe MEHİR ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Diyarbakır Mes. No: 144782