

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/10/2025

İlan No : 2025-10-3808
İstem No : 82940
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YAN PAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKRAN, EKG CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG EKRAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ekran NİHON KOHDEN marka ECG 2350K model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Ekran renkli özellikte olmalıdır.
- 3-Ekran cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen ekran olmalıdır.
- 4-Ekran fabrikasyon hatalara karşın en az 6(altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisi kapsamında olmalıdır.
- 5-Ekran cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Ekran CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.


İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ




NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :EKG Marka :NİHON KOHDEN Model :ECG-2350K Seri No:0153813 Demirbaş No:253.3.5/19/5392
KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİ	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih: 26/09/2025	Var [] Yok [X] Var [] Yok [X]

Arıza Özeti :

Cihazın ekranına görüntü gelmemektedir yapılan kontrollerde ekranın arızalanmış olduğu tespit edilmiştir ekranın tamiri mümkün olmadığından yeni ekran ile değişmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKER	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :