

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/10/2025

İlan No : 2025-10-3879
İstem No : 82951
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEMESİ ALIMI

5

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PLEJİT, TEFLON, 10 PARÇALI, 6MMX4MM	1000	Adet					
2	PLEJİT, TEFLON, 10 PARÇALI, 5MMX5MM	1000	Adet					
3	TEFLON STRİP, 1CMX10CM	150	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PLEJİT, TEFLON, 10 PARÇALI, 5MMX5MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalp Damar Cerrahisinde dokuyu güçlendirip ,zarar görmesini engellemek amacı ile kullanılabilirmeli.
2. Beyaz renkte olmalı.
3. PTFE (Politetrafloroetilen) den imal edilmiş olmalı.
4. Boyutları yetişkin için 5mm X 5mm X 1.5mm olmalı.
5. Ambalaj içerisinde 10 adet pledget bulunmalı Ve delikli olmalıdır.
6. Ambalajın malzemenin kullanımına kadar nem , ısı ve ışıktta ürünü koruyabilmesi için bir yüzü şeffaf film diğer yüzü kağıttır.
7. Plejit sterilizasyonun korunması ve ameliyat sahasına kontamine olmadan alınabilmesi için çift poşetle ambalajlanmış olmalıdır.
8. Genel ÖZELLİKLER
 - 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunacaktır.
 - 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olacaktır.
 - 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirecektir.
 - 8.4. Teklif edilen ürün, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olup, SGK'nın ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmiştir.
 - 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde kayıtlıdır. Ayrıca, Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde satın alınan ürünün kurumunuza satıldığını bildirecektir.
 - 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; Üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sisteminde (ÜTS), kayıtlı olup, kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.

Prof. Dr. Murat ÖZKEM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.
Tıp Tes. No: 140302

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BİLGİCİ
Mersin Üniversitesi Hastane
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.

PLEJİT, TEFLON, 10 PARÇALI, 6MMX4MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalp Damar Cerrahisinde dokuyu güçlendirip ,zarar görmesini engellemek amacı ile kullanılabilirmeli.
2. Beyaz renkte olmalı.
3. PTFE (Politetrafloroetilen) den imal edilmiş olmalı.
4. Boyutları yetişkin için 6mmX4mm X 1.5mm olmalı.
5. Ambalaj içerisinde 10 adet pledget bulunmalı Ve delikli olmalıdır.
6. Ambalajın malzemenin kullanımına kadar nem , ısı ve ışıktta ürünü koruyabilmesi için bir yüzü şeffaf film diğer yüzü kağıttır.
7. Plejit sterilizasyonun korunması ve ameliyat sahasına kontamine olmadan alınabilmesi için çift poşetle ambalajlanmış olmalıdır.
8. Genel ÖZELLİKLER
 - 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunacaktır.
 - 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olacaktır.
 - 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirecektir.
 - 8.4. Teklif edilen ürün, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olup, SGK'nın ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmiştir.
 - 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde kayıtlıdır. Ayrıca, Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde satın alınan ürünün kurumunuza satıldığını bildirecektir.
 - 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; Üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sisteminde (ÜTS), kayıtlı olup, kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.

Prof. Dr. Murat ÖZKAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D
Diy. Tıp Fak. 43682

Prof. Dr. Murat ÖZKAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D
Diy. Tıp Fak. 43682

TEFLON STRİP, 1CMX10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eni 10 mm , boyu en az 10 cm ve kalınlığı 1,5 mm olmalıdır
2. Malzeme teflondan mamul olacak ve kenarları tiftiklenmeyecektir.
3. Strip her ambalajda 1 adet olacak ve steril paketlerde kullanıma hazır olacaktır.
4. Sütür iğneleri stripten rahat geçebilecek özellikte olmalıdır.
5. Malzemenin miadı en az 2 yıl olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar 1 paket numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
7. Malzeme numunesi şartname, katalog ya da kullanım kılavuzu üzerinden tek tek değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme fiziksel ve fonksiyonel olacaktır.


Prof. Dr. Murat ÖSKEN
EÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Diy. Tes. No: 48392


Prof. Dr. Murat ÖSKEN
EÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Diy. Tes. No: 48392