

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/10/2025

İlan No : 2025-10-3858
İstem No : 83009
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tekl. Süresi (Gün)
1	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 8 CH	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya vaziyle yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
 - 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
 - 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
- ÖNEMLİ:**
- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 08CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem yenidoğanlarda plevral drenaj amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik trokar üzerinde, ısıya duyarlı, şeffaf pvc kateter bulunmalıdır.
3. Kateter içinde trokar ile birlikte giriş işlemine hazır bir şekilde temin edilmelidir.
4. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
5. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.
6. Hortum boyunca X- Ray görülebilir radyopak çizgisi bulunmalıdır.
7. Her cm de bir derinlik işareti bulunmalı, takma ve tespit kolaylığı sağlayacak uzunlukta olmalıdır.
8. Drenaj için uç kısımda ve yanda birer adet drenaj deliği olmalıdır.
9. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
10. Kateterin ucu mevcut drenaj sistemine uygun, bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.
11. Steril olmalıdır.
12. 8CH kalibrasyona uygun olmalıdır.


Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonataloji B.D.
Dip. Tes. No.: 144782


Prof. Dr. Yalın ZELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonataloji B.D.
Dip. Tes. No.: 144782