

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/10/2025

İlan No : 2025-10-3818
İstem No : 83028
Alım No :
Talep Eden Birim : Ortopedi / Ortopedi Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİKSATÖR SETİ, TEK PLANLI EKSTERNAL, RAYLI SİSTEM (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)	1	Adet					
2	FİKSATÖR SETİ, EKSTERNAL, BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR İÇİN	1	Adet					
3	ELASTİK ÇİVİ, RADIUS/HUMERUS/TİBİA/FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, 2MMX440MM	4	Adet					
4	ELASTİK ÇİVİ, RADIUS/HUMERUS/TİBİA/FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, 2.5MMX440MM	4	Adet					
5	ELASTİK ÇİVİ, RADIUS/HUMERUS/TİBİA/FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, 3MMX440MM	4	Adet					
6	ELASTİK ÇİVİ, RADIUS/HUMERUS/TİBİA/FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, 4MMX440MM	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

DIAPHYSEAL DEFORMİTE DÜZELTME VE UZATMA FİKSATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün siyah andonize alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Yetişkin fiksator, 4 boydan oluşmalıdır. Standart boyun uzunluğu 30cm, long boyun uzunluğu 40cm, short boyun uzunluğu 23cm, extra short uzunluğu 12cm olmalıdır.
- 3- Fiksator aynı zamanda Paediatricde kullanım için standart- boyun uzunluğu 20cm, long -boyun uzunluğu 25cm ve short- boyun uzunluğu 15cm, extra short -uzunluğu 10cm olan paediatric ürün seçenekli olmalıdır.
- 4- Ürün ray sisteminde olmalı , standart ve long modellerinde hareketli uç, short boyunda ise yine hareketli iki adet clamp olmalıdır. Paediatric fiksator de ise, long modelinde hareketli uç, short ve standart boyunda ise yine hareketli iki adet clamp olmalıdır.
- 5- Yetişkin fiksatorde uzunluğu 40cm,30cm 23cm ve 12cm olan çeşitli raylar bulunmalı pediatrikte ise 25cm,20cm,10cm uzunlukta olan raylar olmalıdır.
- 6- Hem yetişkin hem pediatrik için ürün üzerinde kompresyon ve distraksiyon yapmayı sağlayan paslanmaz çelikten imal edilmiş bir C/D ünit bulunmalıdır.
- 7- Hem yetişkin hem pediatrik fiksator tüm klempleriyle uyumlu olarak tasarlanmış olmalı ve gerektiğinde klempler çeşitli endikasyonlar için kullanılabilmelidir.
- 8- Fiksator seti ile beraber kullanılacak tüm komponentler firma tarafından ücretsiz verilecektir.

Prof. Dr. Abdullah YILCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji B.O. Başkani
Dip. Tesdi No: 1364/22115

Prof. Dr. İrfan AYAR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji B.O. Başkani
Dip. Tesdi No: 1364/22115

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HALKA TİPİ EKSTERNAL FİKSATÖR

1. Sistem bilgisayar yazılımı aracılığıyla, eksternal fiksatorün kurulumu ve deformite bozukluklarının düzeltilmesi ile ilgili destek sağlamalıdır.
2. Yazılıma herhangi bir bilgisayardan online olarak bir şifre aracılığıyla ulaşılabilmelidir.
3. Sistem isteğe bağlı olarak 105mm ile 230mm arasında tam halka, 2/3 halka, yarım halka ve ayak halkası opsiyonları sunulmalıdır.
4. Sistem ile birlikte bilgisayar aracılığıyla yükseklik ayarı yapılabilen rod'lar sunulmalıdır.
5. Gerektiği durumlarda daha hızlı deformite düzeltmesi sağlamak için özel rodlar sunulabilmelidir.
6. Tüm rodların üstünde bilgisayar düzeltmelerinin rahatlıkla yapılabilmesi için özel numara band ları bulunmalıdır.
7. Rodların en az 4 farklı boy opsiyonu olmalıdır.
8. Sistem cerrahi tekniğini detaylı anlatan kitapçık ve CD olmalıdır.
9. Sistemin tüm parçaları uluslararası standart belgelerine (FDA, ISO, CE) sahip olmalıdır.
10. Fiksator seti ile beraber kullanılacak tüm komponentler firma tarafından ücretsiz verilecektir.

Prof. Dr. Abdülkadir MILÇAN
Mersin Çukurova Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
Dip. Tescil No: 18647/22112

Prof. Dr. İRFAN AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tescil No: 83857

TİTANYUM ELASTİK İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLERİ

1. Sistem humeral, unlar, radial, femoral ve tibial uygulamalar için elverişli olmalıdır.
2. 2.0mm , 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm'lik çaplarda Kilitli Titanyum Elastik Pin aynı set içerisinde sunulmalıdır.
3. Çivilerin boy aralığı 200mm ile 400mm arasında olmalı, boy artışları 50'şer milimetre olacak şekilde olmalıdır.
4. Form verilmiş çivilerin anatomik uyumluluğunun sağlanması, intraoperatif dönemde uygulama kolaylığı sağlayabilmesi için 3.5mm ve üzerindeki çaplarda Medial ve Lateral uygulamalar için ayrı çiviler olmalıdır.
5. 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm'lik çaplarda Kilitli Titanyum Elastik Pinlerin her çapının en uzun boyunda (400mm) formsuz (düz) çivi set içerisinde yer almalıdır.
6. Kilitli Titanyum Elastik Pinler, 2mm'den 4mm çapa kadar tek kitleme vidası ile kilitlenmeli, 4mm ve 5mm çaplı çivilerde istendiğinde 2 kitleme vidası ile kilitlenebilmelidir.
7. 4mm ve 5mm çaplı vidalar 4mm çaplı kitleme vidası ile kilitlenebilmelidir. Uygun boylarda vidalar set içerisinde yer almalıdır.
8. Sistem ile uyumlu, implantasyon ve ekstraksiyon işlemlerinde gereken enstrümantasyonlar; na bükücü, yerleştirici-tutucu, itici, pin kesici, eğri ve düz delici, drill, drill sleeve, boy ölçer, tornavida ve çivi çıkarıcı aynı konteyner içerisinde sunulmalıdır.
9. Malzemeler pediatrik ve / veya yetişkin hastaların femur, Tibia, Humerus, Radius, Ulna kemik en shaft kırıklarında kullanılmasına uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Çiviler titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
11. Çiviler elastik özellikte olmalıdır.
12. Kolay takılabilmesi için çivinin ucunda özel açlandırılmış bir yapı olmalı ve bu sayede kırık redüksiyonu da kolaylaştırılmış olmalıdır. Çivilerin arka kısmı D profil yapısında olmalıdır. Bunun sayesinde süngü ucun doğru yöneltmesi sağlanmış olmalıdır.
13. Çivilerin uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.
14. 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm ve 4mm seçenekleri olmalıdır.
15. Çivilerin kolay sınıflandırılması sağlamak üzere, yüzeylerinde farklı renkler kullanılarak kodlandırılmış olmalıdır.
16. Ürünün kullanılması için gerekli olan " delici, kanülü-ayarlı itici, eğri itici, düz itici, çivi kesici, çivi çıkarma pensi ve çekici " olarak adlandırılan enstrümanlar, çivi setinde standart olarak bulunmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah MİLCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
Dip. Tescil No: 14047/223

Prof. Dr. İRFAN AYAN
MEU Sağlık Bilimleri ve Uygulamaları
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tescil No: 14047/223