

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/10/2025

İlan No : 2025-10-4009
İstem No : 83034
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

Ay

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX8MM	18	Adet					
2	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX9MM	46	Adet					
3	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX10MM	200	Adet					
4	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX12MM	80	Adet					
5	VİDA, KOSTA/STERNUM, 2.7MMX14MM	16	Adet					
6	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 8 DELİKLİ	20	Adet					
7	PLAK, KOSTA VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN, TİTANYUM, KİLİTLİ, DÜZ, 10 DELİKLİ	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

KOSTA ve STERNUM FİKSASYONU İÇİN TİTANYUM PLAK VE VİDA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm plak ve vidalar sert Ti6Al4V Grade 5 ELI kalite Titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F67 ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır.
2. Kosta plakları 2 mm kalınlığında olmalı, kolay şekillendirme ve bükülme esnasında delik deformasyonunu engellemek için üst yüzeyi ve delik kenarları yarıklı bölünmüş yapıda olmalıdır
3. Kosta plaklarında 6, 8, 10, 18, 24 delikli düz, 27 Delikli L ve 34 Delikli V tip plak seçenekleri sette bulunmalıdır
4. Sternum plakları 1.7 mm kalınlığında olmalı, 4, 6, 8 delikli düz, 8 Delikli Alfa, H tip geniş ve dar, 4 delikli kare, 4 delikli V tip, 8 ve 12 delikli X tip, Kaburga Sternum bağlantı plağı ve Manubrium plak seçenekleri sette bulunmalıdır
5. Sette 2.4 çap kilitli ve kilitsiz Kortikal vida, 2.7 çap delici vida ve 3.0 mm acil vida seçenekleri uygun boylarda mevcut olmalıdır
6. Vida başları Torx (Yıldız) şekilde olup sıyrılmayı önleyici ve tornavidadan düşmeyecek press-fit yapıda olmalıdır
7. Tüm plak ve vida ürünlerinin Sağlık Uygulama Tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı onayı ve SGK SUT eşleştirme kayıtları bulunmalıdır.
8. Tüm implantlar konteynır içinde sterilizasyona hazır vaziyette tam eksiksiz olarak vakadan önce teslim edilecektir.
9. İhtiyaç listesinde miktarları idarece belirlenecek olan plak ve vidaların alımına istinaden aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) konsinye olarak verilmelidir.

KOSTA STERNUM KIRIĞI İÇİN ÇAKMA SETİ

S.NO.	AÇIKLAMA	ADET
1	3 BOYUTLU PLAK BÜKÜCÜ	1
2	PLAK BÜKÜCÜ	2
3	PLAK KESİCİ	1
4	STERNUM KLEMPİ	1
5	SIKMA TORNAVİDA	1
6	KİLİTLİ TORNAVİDA	2
7	PLAK VİDA DRİLL KUTUSU	1
8	EL ALETLERİ TAVASI	1
9	KONTEYNİR	1

Prof. Dr. Erhan AYAN
Marmara Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 77361

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KOKSEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43128