

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3976
İstem No : 83045
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, HEMATOKSİLEN, HARRIS	15	LT					
2	DOKU TAKİP KASEDİ	35000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
 - 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
 - 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
- ÖNEMLİ:**
- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DOKU TAKİP KASEDİ(KAPAKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. İyi kalitede plastik malzemeden (asetal resinden) imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından etkilenmemelidir.
2. Doku takip kasetleri kendisine tam uyumlu kapaklı olmalı ve kapak kasete monte olmalıdır.
3. Ebatları laboratuvarımızda kullanılan base mouldlara uygun olmalıdır.
4. Üzerinde kimyasal geçişine izin veren yeterli miktarda delikler bulunmalıdır.
5. Teslim edilen ürünlerin içerisinde defolu kasetler bulunduğu firma bu ürünleri yenisiyle değiştirmekle mükelleftir.
6. Uygunluğuna laboratuvarıda denendikten sonra karar verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634


Prof. Dr. Tuba KABA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 91425

HARRIS HEMATOXYLEN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme sıvı formda ve kullanıma hazır olmalıdır.
2. Solüsyon oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
3. Patoloji ve sitoloji laboratuvarında boyama maddesi olarak kullanılacaktır.
4. Histolojik yapıların doğru ayırt edilebilmesini sağlayacak uygun kontrast elde edilebilmesi sağlanmalıdır.
5. Orijinal rengine sıvı halde tortusuz olacaktır.
6. Ambalaj üzerinde orijinal etiketi bulunmalı, ürün adı, özellikleri, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Solüsyon orijinal ambalajında 500 veya 1000 ml.lik cam veya plastik şişede olmalıdır.
8. Malzemenin son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır.
9. Ph:2,5-3 arasında olmalıdır.
10. Teslim edilen ürün ile numune aynı özellikte olmalıdır.
11. Gönderilen numunenin test edilebilmesi ve uygunluğunun verilebilmesi için cihazın alma kapasitesine uygun şekilde yeterli miktarda (500 ml) olması gerekmektedir.
12. Uygunluğuna laboratuvarında denendikten sonra karar verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634


Prof. Dr. Tuha KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 93475