

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3962
İstem No : 83048
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORMALDEHİT, %37 LİK	350	LT					
2	ENTELLAN KAPAMA MADDESİ, 500ML	7000	ML					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

FORMALDEHİD (FORMOL ÇÖZELTİSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında formaldehit kullanılan tüm işlem basamaklarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Histolojik inceleme amacıyla doku takibinde ve doku tespit amacı ile kullanıma uygun fiksatif olarak üretilmiş olmalıdır.
3. %37 konsantrasyonunda olmalıdır.
4. Dilüe edilebilmelidir.
5. Patolojide dokuların fiksasyonunda kullanılmalıdır ve bu özelliği ile dokulara nüfusu 1 saat de normal koşullarda 1mm olmalıdır.
6. 5 ya da 10 litrelik ağız kapalı orijinal plastik kaplarda olmalıdır.
7. Rengi berrak olmalıdır.
8. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miatlı olmalıdır.
9. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etikette malzemelerin özellikleri ile son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Gönderilen numunenin test edilebilmesi ve uygunluğunun verilebilmesi için cihazın alma kapasitesine uygun şekilde yeterli miktarda (5 lt) olması gerekmektedir.
11. Uygunluğuna laboratuvarda denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42034

Prof. Dr. Tuba KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 91425

LAM LAMEL YAPIŖTIRICISI (ENTELLAN)TEKNİK ŖARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında preparat kapatma iŖleminde yapıŖtırıcı olarak kullanıma uygun sentetik özelliikte olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında 500ml.lik cam ŖiŖelerde olmalıdır.
3. Ksilen esaslı ve berrak olmalıdır.
4. AkıŖkanlıđı kapatma iŖlemin de probleme neden olmamalıdır.
5. Ürün son kullanma tarihi en az 18-24 ay olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
7. Kapatma iŖlemi sonrasında arŖiv Ŗartlarında antioksidan bileŖimi ile boyanın solgunlaŖması engellenmelidir.
8. Çabuk kurumalıdır.
9. Bölümümüzde kullanılan rutin boyama kapama cihazına uygun alınmalıdır.
10. Uygunluđuna laboratuvarında denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sađlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Prof. Dr. Mustafa KARA
Marmara Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 91425