

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3947  
İstem No : 83051  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                             | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | VENTİLATÖR SETİ, REUSABLE, YETİŞKİN, HAMILTON CİHAZINA UYUMLU  | 3      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | VENTİLATÖR SETİ, REUSABLE, PEDIATRİK, HAMILTON CİHAZINA UYUMLU | 2      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzeme ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**ÖNEMLİ:**

**1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

**İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## Yenidoğan/Pediatric Otoklavlanabilir Ventilator Devresi Teknik Şartnamesi

- 1) Teklif edilen ventilator devresi, yoğun bakım servisimizde bulunan Hamilton H 900 Humidifier(Aktif Nemlendirme cihazı) cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Teklif edilen ventilator devresi yenidoğan/pediatric kullanıma uygun çift hatlı, ekspirasyon hattı su tutuculu olmalıdır.
- 3) Cihazın hortumları, su haznesi ve su tutucusu buhar otoklav ile steril edilebilmelidir.
- 4) Ventilator devresi içerisindeki su haznesi otomatik besleme sistemine sahip olmalı bu amaçla gerekli tertibat(otomatik su besleme hattı) ile birlikte gelmelidir.
- 5) Ventilator devresinin ventilatöre yanlış bağlanmasını önlemek amacıyla devrenin inspirasyon ve ekspirasyon hatları ayrı renkte olmalıdır.
- 6) Teklif edilen ventilator devresi sahip olduğu ısı algılayıcıları ve ısıtıcı tel bağlantıları hortum uçları üzerindeki bağlantı konnektörü vasıtasıyla nemlendirme cihazına bağlanmalıdır. Böylece hortumlar takıldığında konnektörlerde bağlanmış olmalı ve kablo kargaşası ortadan kaldırılmış olmalıdır.
- 7) Nemlendirici cihazı ile hasta devresindeki y-parçası arasında, dışarıdan giden herhangi bir ısı probu kablosu veya ısıtıcı tel kablosu ve benzeri bir kablo bulunmamalıdır.
- 8) Setlerle beraber set e uyumlu 1 adet Hamilton H900 Nemlendirme cihazı verilmelidir.
- 9) Isı probu ventilator devresine entegre olmalı dışarıdan takılmamalıdır, böylece hasta setindeki kaçak yapma veya yerinden çıkma ihtimali engellenmiş olmalıdır.
- 10) Isıtıcı devre 1-30 lt/dk akışda kullanıma uygun olmalıdır. Çift parçalı solunum setlerinin kompliyansı  $< 1 \text{ ml/cmH}_2\text{O/m}$  olmalıdır. 15 lt/dk da ki akış direnci inspirasyonda  $1.6 \text{ cmH}_2\text{O}$  ve ekspirasyon  $1.73 \text{ cmH}_2\text{O}$  yu geçmemelidir. Gaz kaçağı 50 ml/dk dan az olmalıdır. Su haznesindeki maksimum çalışma basıncı 10 kPa olmalıdır. Devre uzunluğu 1.6 m olmalıdır.

**NURETTİN DİNÇER**  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANASI  
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

**Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  
Dip. Tes. No: 129026

## Pediyatrik/Yetişkin Otoklavlanabilir Ventilatör Devresi Teknik Şartnamesi

- 1) Teklif edilen ventilatör devresi, yoğun bakım servisimizde bulunan Hamilton H 900 Humidifier(Aktif Nemlendirme cihazı) cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Teklif edilen ventilatör devresi çift hatlı, ekspirasyon hattı su tutuculu 170 cm boyunda, inspirasyon hattı ise 150 cm boyunda boyunda olmalıdır.
- 3) Cihazın hortumları, su haznesi ve su tutucusu buhar otoklav ile steril edilebilmelidir.
- 4) Ventilatör devresi içerisindeki su haznesi otomatik besleme sistemine sahip olmalı bu amaçla gerekli tertibat(otomatik su besleme hattı) ile birlikte gelmelidir.
- 5) Ventilatör devresinin ventilatöre yanlış bağlanmasını önlemek amacıyla devrenin inspirasyon ve ekspirasyon hatları ayrı renkte olmalıdır.
- 6) Teklif edilen ventilatör devresi sahip olduğu ısı algılayıcıları ve ısıtıcı tel bağlantıları hortum uçları üzerindeki bağlantı konnektörü vasıtasıyla nemlendirme cihazına bağlanmalıdır. Böylece hortumlar takıldığında konnektörlerde bağlanmış olmalı ve kablo kargaşası ortadan kaldırılmış olmalıdır.
- 7) Nemlendirici cihazı ile hasta devresindeki y-parçası arasında, dışarıdan giden herhangi bir ısı probu kablosu veya ısıtıcı tel kablosu ve benzeri bir kablo bulunmamalıdır.
- 8) Setlerle beraber set e uyumlu 1 adet Hamilton H900 Nemlendirme cihazı verilmelidir.
- 9) Isı probu ventilatör devresine entegre olmalı dışarıdan takılmamalıdır, böylece hasta setindeki kaçak yapma veya yerinden çıkma ihtimali engellenmiş olmalıdır.
- 10) Set 120 l/dakika akışa kadar kullanıma uygun yapıda olmalıdır. Çift parçalı ısıtmalı solunum setlerinin kompliyansı  $< 1 \text{ ml/cmH}_2\text{O/m}$  olmalı, sıkıştırılabilir hacim 400 ml, 30 l/dk da ki akış direnci inspirasyon ve ekspirasyonda  $0.3 \text{ cmH}_2\text{O}$  yu geçmemelidir. Gaz kaçağı 50 ml/dk dan az olmalıdır. Su haznesindeki maksimum çalışma basıncı 10 kPa olmalıdır.

**NURETTİN DİNCER**  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

**Doc. Dr. Mehmet ALAKAYA**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  
Dip. Tes. No: 129026