

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3921
İstem No : 83057
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

YANPAZ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 3MMX8CM	5	Adet					
2	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX4CM	5	Adet					
3	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX6CM	5	Adet					
4	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX8CM	5	Adet					
5	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 3-6MMX4CM	5	Adet					
6	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 3-6MMX6CM	5	Adet					
7	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 3-6MMX10CM	5	Adet					
8	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, HELİCAL, 4MMX4CM	5	Adet					
9	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 4MMX6CM	5	Adet					
10	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 4MMX8CM	5	Adet					
11	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, HELİCAL, 4MMX10CM	5	Adet					
12	KOİL AYIRACI	15	Adet					
13	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX2CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proform faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

EMBOİZAN KOİL-NÖROVASKÜLER (ANINDA AYRILABİLEN)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Micro-coiller beyin damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların süper selektif embolizasyonu için uygun olmalıdır.
2. Micro-coillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı ile kontrollü ayrılabilmesini sağlamalıdır.
3. Micro-coiller 0,0165" – 0,021" iç çap genişliğine sahip mikrokaterler ile uyumlu çalışabilmelidir.
4. Micro-coillerin 3D (Kompleks) ve 2D Standart Spiral (Helikal) tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 1,50 - 20mm arası çap ve 2 - 30cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.
5. Micro-coillerin 2D Helikal forma ek olarak 3D Kompleks formları da olmalıdır ve ayrıca nörovasküler kullanıma uygun yeterince yumuşaklıkta olup bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır.
6. Gönderim teli paslanmaz çelik telden yapılmış olmalıdır.
7. Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda Micro-coiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmeye olanak vermelidir.
8. Ayrılma işlemi , nörovasküler işlem güvenliği açısından kesinlikle anında olmalıdır.
9. Micro-coiller Pt-W alışımlı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
10. Ayırma işlemi başlatılmadan önce Micro-coiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.
11. Micro-coilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilmeli ve Micro-coilleri saklama niteliğinde olmalıdır.
12. Micro-coilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için koiller i temin eden firma tarafından temin edilmelidir.
13. Micro-coiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalı , ürünlerin ÜTS sisteminde kayıtları bulunmalıdır..

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.D.
Dip.Tes.No.: 64147/74343

ANINDA AYRILABİLEN NÖROVASKÜLER EMBOLİZAN KOİL AYIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Koil Ayırıcı , Micro coillerin beyin damarlarında anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların süper selektif embolizasyonu için kullanımında elektroliz ile anında ayrılabilmesine imkan sağlayacak yapıda olmalıdır.
2. Koil Ayırıcı , Micro-coillerin gönderimi esnasında telinden elektroliz ile anında ayrılma yöntemini elektrik akımı ile kontrollü bir şekilde anında sağlamalıdır.
3. Koil Ayırıcı , ayrılma işlemini , nörovasküler işlem güvenliği açısından kesinlikle cihaz üzerinde bulunan tek buton ile anında yapabilmelidir
4. Koil ayırıcı , üzerinde bulunan ışık göstergeleri sayesinde kullanıcı kolaylığı sağlamalı ve kullanım esnasında elektroliz ile sorunsuz bir şekilde ayırım sağladığı kolayca anlaşılabilmelidir.
5. Koil Ayırıcı cihazlar tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalı , ürünlerin ÜTS sisteminde kayıtları ve SUT Eşleşmeleri bulunmalıdır..

Prof. Dr. Caner KÖZER
Mersin University Hospital
Radyasyon Fizikisi
Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.D.
Dip. Tes. No: 64147 / 74343