

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3941
İstem No : 83072
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, DEMİRBAŞ NO:253.3.6/21/223, SANTRİFÜJ, NÜVE, SERİ NO:03.2161	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SANTRİFÜJ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakım onarım yapacak olan firma Nüve marka NF1200 model santrifüj cihazına uyumlu ve orijinal malzeme kullanmalıdır.
2. Bakım onarım yapacak ilgili firmanın ilgili markadan yetki belgesi olmalıdır.
3. Bakım onarım sırasında kullanılacak olan malzemelerin en az 6 ay yetkili firma garantisinde olmalıdır.
4. Bakım onarım sonrası cihaz denemesi yapıldıktan sonra oluru verilecektir.

İSMAİL YILDIRIM
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi

Nurttin DİNCER

Biyomedikal Sorumlusu





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Santrifüj		
Biyokimya Labaratuarı	Marka : Nüve		
	Model : NF1200		
	Seri No:03.2161		
	Demirbaş No:253.3.6/21/223		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 08/10/2025	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Arıza Özeti :

Cihaz dengesiz ve gürültülü çalışmaktadır yapılan kontrollerde cihazda bulunan motorun arızalı olduğu tespit edilmiştir motorun bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	NURATTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU 	Doc. Dr. Evren DÖNMEZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ Biyokimya Koordinatörü

Açıklama :