

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3963
İstem No : 83084
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORSEPS, BİYOPSİ, BRONKOSKOPIK, İĞNESİZ, 110-130CM	30	Adet					
2	LAVAJ TOPLAMA KABI, KORUMALI, BRONKOSKOPIK, 100ML	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. FORSEPS, BİYOPSİ, BRONKOSKOPİK, İĞNESİZ 110-130CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut bulunan aşağıda belirtilen fiberoptik bronkoskopi, EBUS Cihazıyla uyumlu olmalıdır.
 - Fujinon Light Source XL-4450 ve Fujifilm processor VP-3500 HD
 - Fujifilm Ultrasonic Procesor SU -I
2. 90 derece açılar yapabilmeli bu sayede yan duvardan bronkoskopu çevirmeden biyopsi alabilmelidir.
3. Paslanmaz çelik spiral kılıfı olmalıdır.
4. Biyopsi forceps'in kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Forseps uzunluğu 110-130 cm arasında olmalıdır.
6. Forseps kalınlığı 1.8 mm olmalıdır.
7. Oval iğnesiz uçlu olmalıdır.
8. Handle bölgesi dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

2. LAVAJ TOPLAMA KABI, KORUMALI, BRONKOSKOPİK, 100ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün fiber optik bronkoskopi aletinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Tüplerin açıldığı zaman kontaminasyon riskini engellemek için korumalı başlığı olmalıdır.
4. Ürün 100 ml lik olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 49364/38829


Prof. Dr. Nibel NAYCI
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ABD
Dip. Tes. No: 21366/24834

1. FORSEPS, BİYOPSİ, BRONKOSKOPİK, İĞNESİZ 110-130CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut bulunan aşağıda belirtilen fiberoptik bronkoskopi, EBUS Cihazıyla uyumlu olmalıdır.
 - Fujinon Light Source XL-4450 ve Fujifilm processor VP-3500 HD
 - Fujifilm Ultrasonic Procesor SU -1
2. 90 derece açılar yapabilmeli bu sayede yan duvardan bronkoskopu çevirmeden biyopsi alabilmelidir.
3. Paslanmaz çelik spiral kılıfı olmalıdır.
4. Biyopsi forceps'in kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Forceps uzunluğu 110-130 cm arasında olmalıdır.
6. Forceps kalınlığı 1.8 mm olmalıdır.
7. Oval iğnesiz uçlu olmalıdır.
8. Handle bölgesi dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

2. LAVAJ TOPLAMA KABI, KORUMALI, BRONKOSKOPİK, 100ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün fiber optik bronkoskopi aletinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Tüplerin açıldığı zaman kontaminasyon riskini engellemek için korumalı başlığı olmalıdır.
4. Ürün 100 ml lik olmalıdır.


Prof. Dr. Sibel NAYCI
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ABD
Tic. Sicil No: 21368/24834


Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 49864/38829