

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3969
İstem No : 83112
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süre (Gün)
1	ELASTİK VANGİSON, HAZIR KİT	100	Test					
2	MASSON TRİKROM, KULLANIMA HAZIR HİSTOKİMYASAL KİT	100	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proform faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

MASSON TRİKROM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
2. Kit içerisinde 5 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
3. Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
4. Trichrome boya Kit (Modified Masson's) histoloji(patoloji demem gerekir) laboratuvarlarında doku bölümlerinde kollajen bağ dokusu liflerinin net olarak göstermelidir.
5. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

Haematoxylin Weigert's A
Haematoxylin Weigert's B
Phosphotungstic Acid 1 % Solution
Ponceau Fuchsin Masson Stain
2% Methyl Blue in 2.5% acetic acid

6. Uygunluğuna laboratuvarda denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Doç. Dr. Feri NUNCE
Mersin Üniversitesi Hastane
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 102841-9857

VERHOEFFS ELASTİK VAN GIESON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
2. 2. Kit içerisinde 4 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
3. Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
4. Van Gieson, tümörlerde kollajen ve düz kas arasındaki farkı ayırt etmek ve hastalıklarda kollajen artışını göstermelidir.
5. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
Haematoxylin 5% Alcoholic
Ferric Chloride 10% Solution
Van Gieson Stain
Lugols Iodine
6. Uygunluğuna laboratuvar da denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN
MED. Sağık Arařtırma
ve Uygulama Merkez
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Doç. Dr. Ferah TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104981-00077