

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3952
İstem No : 83115
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Sür. (Gün)
1	ULTRASONOGRAFİ PROBU, KONVEKS, PVT375BT APLIO 500 MODEL UYUMLU	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturan aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob TOSHIBA Marka Xario veya Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran proplar kabul edilmeyecektir.
3. Prob, özellikle karaciğer, safra kesesi, böbrek, pankreas gibi batin (abdomen) ve obstetrik çalışmalarına uygun olmalıdır.
4. Prob renkli doppler çalışmasına uygun olmalıdır.
5. Prob frekansı, 3.5 MHz merkez frekans olmak üzere; en az 3 ayrı B mod ve en az 3 ayrı doku harmonik frekansında çalışabilmelidir. Multifrekans ve boradband özellikte olmayan proplar kabul edilmeyecektir.
6. Prob Aplio model sistemlerde kullanıldığında differential doku harmonik görüntüleme modunda da çalışabilmelidir.
7. Prob, maksimum 6.0 MHz'e kadar çıkabilmelidir.
8. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
9. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal, kapalı ambalajında teslim edilecektir.
10. İhaleye katılacak firmalar probun kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.
11. Teklif edilen Probun UBB kaydı, teklif veren firma tarafından yapılmış olacaktır. UBB kaydında görünen Barkod numarası bildirilecektir. UBB kaydında görünen Firma Tanımlayıcı Numarası, Teklif veren Firmaya ait olacaktır.


BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mehmettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ULTRASON		
RADYOLOJİ	Marka : TOSHİBA		
	Model : APLİO 500		
	Seri No: W1F1485629		
	Demirbaş No: 253.3.5/14/14534		
Tarih: 10.10.2025	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]	

Arıza Özeti :

Cihazda görüntü kaybı mevcuttur yapılan incelemelerde prob kristalleri deforme olmuştur tamiri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

PVT-375BT Model konveks prop **FSC2332129**

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 MURAT DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü

Açıklama :