

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

ST

İlan No : 2025-10-3949
İstem No : 83116
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HOLTER EKG KABLOSU, 5 LEAD	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanı aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG Holter Cihazı İin 5 Lead'li Kablo Teknik Şartnamesi

1. Kablo, Biyomedical marka 9800 model EKG Holter cihazı ile %100 uyumlu olmalıdır.
2. Herhangi bir adaptör ya da dönüştürücüye ihtiyaç duymadan doğrudan cihaza bağlanabilir olmalıdır.
3. Kablo 5 uçlu (RA, LA, RL, LL, V/C) ve renlerine göre ayrı olmalıdır.
4. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresince üretim hatalarından kaynaklı arızalarda ücretsiz deęişim yapılmalıdır.
5. Kablo CE belgesine sahip olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar numune göndermelidir. Cihaz üzerinde denemesi yapıldıktan sonra uygunluğu verilecektir.


BURAK GÜÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKÇİ


Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKG HOLTER KABLO		
KARDİYOLOJİ POLK.	Marka : BİYOMEDİCAL		
	Model : 9800		
	Seri No:		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 10.10.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan kontrollerde kablolar deforme olmuştur parazirt yapmaktadır. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÜÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Rettil DİNCER Birim Sorumlusu	 Doç. Dr. Eren DEĞİRGİN Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Yardımcısı

Açıklama :

--	--