

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

15/10/2025

İlan No : 2025-10-3884  
İstem No : 83118  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik  
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 17/10/2025 15:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması               | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KANÜL, İNSEMİNASYON, İNTRAUTERİN | 75     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD.**

## 1. KANÜL, İNSEMİNASYON, İNTRAUTERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Suni dölleme durumlarında yıkanmış spermin rahim boşluğuna transferi için uygun olmalıdır.
2. İnseminasyon yapmaya uygun olmalıdır.
3. Kateterin uç kısmında iki adet delik yerine açık bir ucu bulunmalıdır.
4. Radyopak uç kısmı haricinde 138(+1-1) cm, dış çapı 2mm iç çapı 1.1 mm olmalıdır.
5. Kateterin baş kısmında ise kolay tutmayı sağlayan kelebek düzeni olmalıdır.
6. Kateterin uç kısmı radyopak maddeden yapılmalı, esnek ve yumuşak olmalı, uzunluğu ise 4.2 cm olmalıdır.
7. Kulpsuz ve cm işaretli olmalıdır. Cm işaretleri 50 mm'den 70 mm'ye kadar olmalıdır.
8. Luer kilit bağlantısı ABS TERLUX maddeden olmalıdır. Sert tüp, GRILAMID maddesinden yapılmalıdır.
9. Genel Rezidüel kontaminasyon için ETO sterilasyon, toksisite riski için de Beta irradyasyon uygulanmış olmalıdır.

Prof. Dr. Taz. Gürkan YAZICI  
İstanbul Tıp Fakültesi ve  
Kadın Hastalıkları ve Doğum  
Lise Taz. No 83810

Münir Çay  
m'g

## 1. KANÜL, İNSEMİNASYON, İNTRAUTERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Suni dölleme durumlarında yıkanmış spermin rahim boşluğuna transferi için uygun olmalıdır.
2. İnseminasyon yapmaya uygun olmalıdır.
3. Kateterin uç kısmında iki adet delik yerine açık bir ucu bulunmalıdır.
4. Radyoopak uç kısmı haricinde 138(+1-1) cm, dış çapı 2mm iç çapı 1.1 mm olmalıdır.
5. Kateterin baş kısmında ise kolay tutmayı sağlayan kelebek düzeni olmalıdır.
6. Kateterin uç kısmı radyoopak maddeden yapılmalı, esnek ve yumuşak olmalı, uzunluğu ise 4.2 cm olmalıdır.
7. Kulpsuz ve cm işaretli olmalıdır. Cm işaretleri 50 mm'den 70 mm'ye kadar olmalıdır.
8. Luer kilit bağlantısı ABS TERLUX maddeden olmalıdır. Sert tüp, GRILAMID maddesinden yapılmalıdır.
9. Genel Rezidüel kontaminasyon için ETO sterilasyon, toksisite riski için de Beta irradyasyon uygulanmış olmalıdır.

Münir  
Mey  
Cey

Prof. Dr. F. Gürkan YAZICI  
MED. S. A. Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Kadın Hast. ve Doğum  
Dip. Tes. No: 83010