

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AE

14/10/2025

İlan No : 2025-10-3882
İstem No : 83120
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/10/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TOPLAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, 1000ML	200	Adet					
2	KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, BÜYÜK BOY	140	Adet					
3	KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, KÜÇÜK BOY	140	Adet					
4	KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, ORTA BOY	120	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:
1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ

Temel İşlevi:	1. Ürün negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün 1000 cc büyük boy olmak üzere çeşitli kapasitesinde ebatları olmalıdır. 3. Ürünün jelli olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Toplama kabı içeriği olan atık maddeler asla dışarıya sızmamalı ve geri akım olmamalıdır. 5. Toplama seti, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılmayan, açık bir ucu bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır. 6. Toplama seti, terapi ünitesi üzerindeki düzenerk yardımıyla sabitlenebilir olmalıdır. 7. Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen karbon ve benzeri filtreler bulunmalıdır. 8. Toplama seti içerisinde gelen sıvının jelleşmesini sağlayacak materyal bulunmalıdır. 9. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi üzerinde, herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, düşük batarya, toplama kabı doluluğu, toplama kabının yerinde olmadığı, gibi problemleri algılayan sensörler bulunmalıdır.Sesli veya görsel uyarı vermelidir. 10. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi, toplama kabı dolduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir. 11. Toplama seti kapama setinden gelen yumuşak bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu ve kolaylıkla takılabilir olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Toplama seti tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB ve LOT bilgisi olmalıdır. 14. Ürün birlikte kullanılacağı terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler ile aynı marka olmalıdır. 15. Yüklenici firma ihtiyaç duyulan hasta sayısı kadar cihazı 12 saat içinde sağlamakla yükümlüdür.İlk teslimatla beraber 10 adet cihaz bırakılmalıdır.

Prof. Dr. Gökten TENEKEÇİ
Mersin Üni. Tıp Fak. Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 702577



Doç. Z. Mert ASLAN
Mersin Üni. Tıp Fak. Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 702563

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ

Temel İşlevi:	1. Ürün negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün 1000cc büyük boy olmak üzere çeşitli kapasitesinde ebatları olmalıdır. 3. Ürünün jelli olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Toplama kabı içeriği olan atık maddeler asla dışarıya sızmamalı ve geri akım olmamalıdır. 5. Toplama seti, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılmayan, açık bir ucu bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır. 6. Toplama seti, terapi ünitesi üzerindeki düzenek yardımıyla sabitlenebilir olmalıdır. 7. Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen karbon ve benzeri filtreler bulunmalıdır. 8. Toplama seti içerisinde gelen sıvının jelleşmesini sağlayacak materyal bulunmalıdır. 9. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi üzerinde, herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, düşük batarya, toplama kabı doluluğu, toplama kabının yerinde olmadığı, gibi problemleri algılayan sensörler bulunmalıdır. Sesli veya görsel uyarı vermelidir. 10. Toplama seti ile birlikte çalışan terapi ünitesi, toplama kabı dolduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir. 11. Toplama seti kapama setinden gelen yumuşak bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu ve kolaylıkla takılabilir olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Toplama seti tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB ve LOT bilgisi olmalıdır. 14. Ürün birlikte kullanılacağı terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler ile aynı marka olmalıdır. 15. Yüklenici firma ihtiyaç duyulan hasta sayısı kadar cihazı 12 saat içinde sağlamakla yükümlüdür. İlk teslimatla beraber 10 adet cihaz bırakılmalıdır.

Prof. Dr. Göktürk TENERECİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Diy. Tıp. No: 702577

Doç. Z. Mert ASEUROĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Diy. Tıp. No: 752563

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ

Temel İşlevi:	1. Ürün, negative basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kapama seti içerisinde bulunan pansumanın hammaddesi poliüretan özellikte olmalıdır. 3. Ürünün küçük, orta, büyük boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Kapama seti, yara tedavisinde en etkin sonucu alabilmek amacıyla negative basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik özellikte ve açık, gözenekli yapıda olmalıdır. 5. Kapama seti içerisinde pansuman ile terapi ünitesi arasında ki bağlantıyı sağlayan bir düzenek olarak bağlantı hortumu bulunur. 6. Kapama seti içerisinde yaradaki sızdırmazlığı sağlayan şeffaf, steril drep bulunmalıdır. Drep, maserasyon pozisyon değişimi gibi etmenlere karşı dayanıklılığını ve bütünlüğünü koruyan özellikte olmalıdır. 7. Kapama seti bağlantı hortumunun belirli süre hasta ile terapi ünitesini ayırmaya olanak sağlayacak bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. 8. <u>Kapama seti ile kullanılan terapi ünitesi:</u> a. Negative basınçta sapma göstermeden basıncı iletebilmelidir. (± 5 mmHg standart sapma dahilindedir) b. Sürekli ve aralıklı olmak üzere en az iki farklı modda negative basınç sağlamalıdır. (Aralıklı modda, hastada oluşacak ağrıyı azaltmak ve pansumanın bozulması engellemek amacıyla negative basınç hiçbir aşamada sıfırlanmamalıdır ve basınç azalışları/artışları yavaş bir şekilde gerçekleştirilmelidir.) c. Herhangi bir sızıntı, tıkanıklık, düşük batarya, toplama kabı doluluğu gibi problemler olduğunda sesli veya görsel olarak alarm vermelidir. d. Kapama setinin bağlantı hortumunun herhangi bir noktasında kapalı olması durumunda veya pansumandaki olası basınç iletim sorunlarında terapi ünitesi tıkanıklık uyarısı vermelidir.

Prof. Dr. Gökhan TENEKECİ
Mersin Üniversitesi Hastane
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 702577

Doç. Z. Mert ACEUROĞLU
Mersin Üniversitesi Hastane
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 152363

VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ

Genel Hükümler:	9. Kapama seti tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. 10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 11. <u>Kurumun Firmadan alabileceği Klinik Destek Hizmetleri kapsamında:</u> a. Yüklenici firma eğitim konusunda ürün kullanılan ameliyathane, klinik vb. yerlerde ilgi ürünü kullanacak olan personele ilk teslimatın yapıldığı zamanda eğitim vermelidir. b. Yüklenici firma ilk teslimat sonrası eğitimi bire bir vermelidir. c. Eğitimler kurum talebi olması durumunda periyodik aralıklarla devam etmelidir. Periyodik eğitimler çeşitli eğitim yöntemlerinden (görsel, video, ses kaydı, kullanım kılavuzu, yüz yüze eğitim) biri veya birkaçı ile vermelidir. 12. <u>Kurumun firmadan alabileceği Klinik Teknik Destek Hizmeti kapsamında:</u> a. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 12 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir. b. Yüklenici firma kuruma herhangi bir olumsuzluk durumunda tedaviyi aksatmayacak şekilde veya mevcut cihaz sayısı yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere yedek cihaz bırakmalıdır. 13. Yüklenici firma ihtiyaç duyulan hasta sayısı kadar cihazı 12 saat içinde sağlamakla yükümlüdür.
------------------------	---

Prof. Dr. Gökçe TENKEÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi A.D.
Tels. No.: 702577

Doç. Z. Mert ASFUROĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Diyadin No: 33363

PLASTİK CERRAHİ İÇİN PLANLANAN MALZEME LİSTESİ

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, ORTA BOY

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, KÜÇÜK BOY

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, BÜYÜK BOY

TOPLAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, 1000ML

ORTOPEDİ CERRAHİ İÇİN PLANLANAN MALZEME LİSTESİ

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, ORTA BOY

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, KÜÇÜK BOY

KAPAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, BÜYÜK BOY

TOPLAMA SETİ, VAKUM YARDIMLI, 1000ML

ADET

60

70

70

100

ADET

60

70

70

100

***NOT* HER BÖLÜM İÇİN İLK TESLİMATTA 5 ADET CİHAZ TESLİM EDİLECEKTİR**

Doç. Z. Mert ASFUROĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. No: 33563

Prof. Dr. Söktan TİNEKEÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Dip. No: 705577