

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3964
İstem No : 83134
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GOBLET, RENKLİ	50	Adet					
2	KRİYO VİAL, 1.5-2ML	150	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KRİYOVİAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sıvı nitrojen içinde; -196°C kadar çok düşük sıcaklıklarda uzun süreli olarak biyolojik materyallerin saklanması amacıyla kullanılmalıdır.
2. Sperm, testis dokusu kriyoprezervasyonu için kullanılabilir olmalıdır.
3. Ürün, biyo uyumlu materyalden yapılmış olmalı, IVF uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün 1,5 veya 2mL örnek alabilecek hacme sahip olmalıdır.
5. Ürün gama sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
6. Ürün dıştan vida kapaklı özellikte olmalıdır.
7. DNAaz, RNAaz, pirojen içermemelidir. Hücrelere toksik olmamalıdır.
8. Ürünün dış kısmına hasta bilgilerinin yazılması için bir bölge bulunmalıdır.
9. Ürünün miadı üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır ve FDA onaylı olmalıdır.
Steril ve orijinal ambalajlarında olup, ambalaj üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihleri ve LOT numarası belirtilmiş olmalıdır.

GOBLET, RENKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kriyojenik ısıya (-196°C) dayanıklı, muhtelif renklerde (açık renkler tercih edilir) olmalıdır.
2. 150 adedin tümü 13 mm çapında olmalıdır. Numune verilmelidir.
3. İçine kryovial konulduktan sonra vialin hareketini engelleyen kapalı ortam oluşturacak şekilde halihazırda var olan 12 mm'lik olanlar ile rahatça içiçe geçebilmelidir.

Dr. B. T. ÖZKAN VAZİCİ
Kocaeli Hast. ve Doğum
Dip. Y. No: 88010
01088

Dr. B. T. ÖZKAN VAZİCİ
Kocaeli Hast. ve Doğum
Dip. Y. No: 88010
01088
DTN: 107383
13/10/2025