

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3948
İstem No : 83137
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

ISA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BİYOPSİ, BEYİN, DAHİLİ YÖRÜNGE KILAVUZ KİTİ	2	Adet					
2	BİYOPSİ, BEYİN, İĞNE KİTİ, PASİF	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BIYOPSİ, BEYİN, DAHİLİ YÖRÜNGE KILAVUZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesine kılavuzluk yapmayı sağlayan, küçültme tüplerini sabit tutmaya yarayan, mekanizmaya yuva olarak kullanılacak ve açılan 14 mm Burr-Hole'a 3 adet mini vida sabitlenen tüm sisteme temel oluşturan ve hedefe farklı açılarda yaklaşım için özel tasarlanmış 2 adet tek kullanımlık temel (base) parça. Parçanın vidaları üstünde hazır olmalıdır.
2. Planlanan giriş noktasında belirlenmiş rotaya sabitlenmek için sisteme temel oluşturmaktadır.
3. Temel parça üzerinde bulunan vidaları sabitlemek için kullanılan 1 adet tek kullanımlık tornavida. Tornavidanın ucu temel parçadaki vidaların başlıkları ile uyumlu olmalıdır.
4. Belirlenen rotaya ulaşmak için temel parçanın iç kısmına oturan, belirlenen rotayı biyopsi navigasyon probu ile görebilmek için biyopsi navigasyon probuna yuva görevi gören ve yönlendirmeyi sağlayan 1 adet tek kullanımlık yönlendirme parçasıdır. Parçanın iç çapı biyopsi navigasyon probunun uç çapı ve küçültme tüplerinin dış çapına uygun olmalıdır.
5. Parçanın ucundaki küresel yapı temel parça ile uyumlu olmalıdır.
6. Yönlendirme parçasını hedeflenen rotada sabitlenmesini, temel base ile birleşerek sağlayan 1 adet tek kullanımlık sabitleme parçasıdır. Parçanın iç delik çapı yönlendirme parçasının dış çapı ile aynı olmalıdır. Parçanın dış yapısındaki yivler, temel parça üzerinde bulunan yiv yapısıyla uygun olmalıdır.
7. Biyopsi iğnelerinin düzgün bir şekilde hedefe yönelmesini sağlayan tek kullanımlık küçültme tüpleri. 3 farklı iğne kalınlığına uygun 3 farklı çapta temin edilmelidir. (1.9mm, 2.2mm ve 2.6mm)

BIYOPSİ ,BEYİN,İĞNE KİTİ,PASİF TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 34535

1. Bir adet pasif biyopsi iğnesi üzerinde 10mm lik çentikler yer almalıdır. İlk çentik kesi penceresinden itibaren başlar. Kesi penceresi de iğne ucundan itibaren 7mm'dir.
2. Biyopsi iğnesi navige edilebilir olmalıdır.
3. Biyopsi İğnesi , Kraniyel doku biyopsi uygulamalarına uygun önceden steril edilmiş, kenarı çentikli olmalıdır. Dış kanül içerisinde iç kanülün yaptığı rotasyon, kesme eylemini gerçekleştirmelidir.
4. Kit içerisinde ayrıca;
 - Bir adet vidalı iğne durdurucu
 - Bir aspirasyon tüpü
 - Bir adet durdurucu yeri ayarlama cetveli bulunmalıdır.
5. Biyopsi İğnesi, Kraniyel doku biyopsi uygulamalarına uygun önceden steril edilmiş, kenarı çentikli olmalıdır. Dış kanül içerisinde iç kanülün yaptığı rotasyon, kesme eylemini gerçekleştirmelidir.

Prof. Dr. Ahmet DAĞYENİ
Marmara Üniversitesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54257/2000

Prof. Dr. Ahmet DAĞYENİ
Marmara Üniversitesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54257/2000