

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

YANPAR

İlan No : 2025-10-3956
İstem No : 83147
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/14/14557, VENTİLATÖR, MAQUET, SERİ NO:78012	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmenden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598
E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

VENTİLATÖR BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakım onarım yapacak ilgili Maquet marka Servo i model ventilatör cihazına uyumlu ve orijinal parça kullanılmalıdır.
2. Bakım sonrası cihazın en az **3 ay** garanti süresi olacaktır; bakım nedeniyle ortaya çıkabilecek arızalar bu süre içinde yüklenici tarafından bedelsiz giderilecektir.
3. İlgili firma cihazın kontrolleri eksiksiz yapmalı ve raporlamadır.
4. Firma, tıbbi cihaz bakım-onarımı konusunda belgeye dayalı tecrübe sahibi olmalıdır.

Ersin AKTAŞ
Elektrik Teknisyeni

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nursettin DİNCER
Giyim Medikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Ventilator		
Cerrahi Yoğun Bakım 1	Marka : Maquet		
	Model : Servo-i		
	Seri No: 78012		
	Demirbaş No: 253.3.5/14/14557		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 09/10/2025	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti :

Cihazın ekranına görüntü gelmemektedir bakım ve onarımı yapılması için firmaya teslim edilmiştir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM YOMEDİKAL TEKNİKERİ 	 MURAT PİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü

Açıklama :	
------------	--