

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3915
İstem No : 83171
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/10/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK	2	Adet					

MEÜ Hastanesi için YETİŞKİN VE ÇOCUK NÖROLOJİ POLK. BİRİMİNDE BULUNAN NİHON KOHDEN MARKA 1 ADET EMG VE 3 ADET EEG CİHAZLARININ 01.01.2026 İLE 31.12.2026 TARİHLERİ ARASI PARÇA HARIÇ PERİYODİK BAKIMI HİZMET satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 31.10.2025 tarih ve saat 12:00'A kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. AMAÇ

Hastane binasının hizmet verebilmesi için gereken cihazların çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılması.

2. KAPSAM

Bu Teknik Şartname, 01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında 12 (on iki) ay süre ile Mersin Üniversitesi Hastanesi ne ait aşağıda belirtilen 4 (dört) adet Nihon Kohden marka tıbbi cihazların bakım ve onarım işlerini kapsamaktadır.

- EMG Nihon Kohden Marka Meb 9400K Model 1 Adet (Parça Hariç)
- EEG Nihon Kohden Marka Eeg 1200 Model 3 Adet (Parça Hariç)

3. TANIMLAR

TEKNİK ŞARTNAME : İşbu teknik şartname ve tüm ekleridir.

KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi Müdürlüğü.

FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

TEKNİK HİZMETLER : Kurum binaları içerisinde yapılacak olan işletme, bakım, onarım işleri.

GÜN : Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.

ARIZA : Bütün tesisat sistemlerinin fonksiyonlarının bir veya birkaçını yerine getirememesi.

ONARIM : Oluşan arızaların yüklenici firmaya bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi.

ONARIM SÜRESİ : Arıza bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi için geçen süre.

4. GENEL ESASLAR

4.1 Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel firmalar yapacaktır.

4.2 Bakım yıl içerisinde 2 (iki) defa yapılacaktır.

4.3 Firma sözleşmenin imzalanmasından sonra irtibat numarası verecektir. İdare arızayı bu numaradan bildirecektir. Arıza bildirim saati olarak İdarenin kayıtları esas alınacaktır.

4.4 Arıza durumlarında; firma arızaya 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edecektir.

4.5 Parça gerektirmeyen arızalar müdahaleden sonra 24 (yirmidört) saat içinde giderilecektir. Parça gereken durumlarda ise idarenin parçayı temin etmesine müteakip 24 (yirmidört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koordinatör

- 4.6 Cihazların bakım programı üreticinin işletme prosedürleri doğrultusunda hazırlanarak sözleşme esnasında idare' ye verilecektir. İdare' den kaynaklanan gecikmeler hariç bakım programı zamanında uygulanacaktır.
- 4.7 Arıza ve bakımlarda yapılan işler İdareye verilecek olan servis formlarında belirtilecektir.
- 4.8 Firma İdare tarafından temin edilen parçayı cihaza monte ettikten sonra cihazın çalışması ile ilgili test prosedürlerini mutlaka uygulayacaktır.
- 4.9 Uluslararası kurumlar tarafından takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikleri takip edecek ve böyle bir uygulama ihtiyacı olduğunda sözleşme altında olan cihazlara uygulayacaktır.
- 4.10 Üretici firma tarafından cihazlarla ilgili cihazın fonksiyonlarını arttırıcı, yazılımsal ve donanımsal yeni ürünler olursa firma bunu fiyatı ile idareye bildirecek ve idare tarafından kabul edilen ürünü veya yazılımı cihaza takacak veya yükleyecektir.
- 4.11 Firma sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sözleşme altındaki cihazla ilgili yapmış olduğu arıza ve bakımları kayıt altında tutmalı ve istenirse idareye gösterebilmelidir.
- 4.12 Yüklenici firma bakımı yapılacak cihazlar ile ilgili , gerektiği durumlarda kullanıcı eğitimi verebilecek, kullanıcılara sertifika sağlayabilecektir.
- 4.13 Yüklenici firma arıza tamirinde ve periyodik bakımda yeterli dikkati ve itinaı göstermemesi, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde arızayı giderememesi gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan zararlar için şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir.

5. ÇALIŞACAK PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

- 5.1 Yüklenici çalıştıracağı personel ile vereceği hizmette genel anlamda Hastane idaresine karşı sorumludur.
- 5.2 Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik mevzuatta tanımlanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.Oluşabilecek her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 5.3 Yüklenici, teknik hizmet çalışmaları esnasında elemanları tarafından İdare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

6. CEZALAR

- 6.1 Sözleşme kapsamında, hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının saptanması durumunda, sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında cezai şart uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bu durum sözleşme süresince 5 kez olması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılacaktır.
- 6.2 Yüklenici teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere uyarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır, teknik şartnamede yer alan hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında olacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 5 (beş) aykırılığa ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.