

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2025

İlan No : 2025-11-4174
İstem No : 83193
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CANLANDIRMA DEVRESİ, T-PARÇASI, DİSPOSABLE, MANOMETRELİ, YENİDOĞAN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
 - 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
 - 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
- ÖNEMLİ:**
- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**CANLANDIRMA DEVRESİ, T-PARÇALI, DİSPOSABLE, MANOMETRELİ, YENİDOĞAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Devre ayrı bir T-Parça canlandırma cihaz gövdesine ihtiyaç duymadan, üzerinde bulunan entegre manometre, PIP kontrolü, ayarlanabilir PEEP ve blow-off valfi (güvenlik valfi) sayesinde canlandırma işleminin manuel güvenli şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
2. Devre üzerinde PIP (Peak Inspiratory Pressure) ayarı yapılabilmeli ve ayar aralığı 0-60 cmH₂O olmalıdır.
3. Devre üzerinde PEEP (Positive End Expiratory Pressure) ayarı yapılabilmeli ve ayar aralığı 0-20 cmH₂O olmalıdır.
4. Devre üzerinde Blow-off (emniyet tahliye) valfi, 0-50 cmH₂O aralığında ayarlanabilir olmalı ve aşırı basınç durumunda otomatik olarak devreye girmelidir.
5. Blow-off valfi sayesinde ani basınç yükselmelerine engel olarak hastayı kontrolsüz hava yolu basıncına bağlı akciğer hasarından koruyan bir yapıda üretilmiş olmalıdır.
6. Basınç manometresi cmH₂O biriminde ölçüm yapmalı, en az 0-60 cmH₂O aralığında ± 2 cmH₂O hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.
7. Manometre sayesinde basınç değerleri sürekli izlenebilir; PIP ve PEEP ayarları anlık yapılabilir olmalı istenmesi durumunda test cihazı ile ölçülen basınç değerleri ispat edilebilmelidir.
8. Devre ünitelerde kullanılan flowmetre ve blender çıkışına bağlanarak FiO₂ ayarı yapılabilmeli ve böylece hem yenidoğan yoğun bakımda hem doğum salonun da hem de acil transportlarda kontrollü kullanım imkanı sunmalıdır..
9. Hasta tarafı 22 mm erkek / 15 mm dişi çift döner (double swivel) bağlantı yapıya sahip standart entübaston tüpü ve suni solunum maskesi girişine uygun olmalıdır. Bu sayede hem kullanıcı hem de hasta konforu sağlanmış olup klinik açıdan da fayda sağlayacaktır.
10. Devre 2,1 m ($\pm 0,1$ m) uzunluğunda, 10 mm ($\pm 0,5$ mm) iç çapında korrüge yapı olmalıdır.
11. Devrenin ucunda devreye entegre (orjinalde) bakteri filtresi $\geq 99,99$ filtrasyon verimliliğine sahip olmalıdır. Hastayı ve cihazı mikroorganizmalara karşı korumak, enfeksiyon riskini azaltmak ve güvenli gaz iletimi sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
12. Devre lateks ve DEHP içermemelidir. Bu durum devre paketi üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Kompakt ve hafif tasarım sayesinde transport işlemi sırasında hızlı kurulum ve güvenilir kullanım sağlamalıdır.
14. Transport sırasında çift döner bağlantılar ve esnek hortum sayesinde hareket kabiliyetini arttıran ve maske pozisyonunun kolaylıkla korunmasına olanak sağlayan bir yapıda tasarlanmış olmalıdır.
15. Teklif edilen devrenin ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yasin ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 144782

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 144782

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU