

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

30/10/2025

İlan No : 2025-10-4064
İstem No : 83202
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/11/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÜÇ YOLLU MUSLUKLU	300	Adet					
2	GUIDE WIRE, HİDROFİLİK, J UÇLU, 0.035", 180CM	300	Adet					
3	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SAĞ, 6F, JR4	500	Adet					
4	GUIDE WIRE, STANDART, J UÇLU, 0.038", 140CM-150CM	300	Adet					
5	GUIDE WIRE, PTCA, PILOT 50, DÜZ UÇLU, HİDROFİLİK, 0.014", 190CM	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1. BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÜÇ YOLLU MUSLUKLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anjio kit set içinde bir adet manifold, bir adet koroner anjiyografi enjektörü, bir adet basınç line, iki adet serum seti bulunmalıdır.
2. Manifold üç yollu rotating adaptörlü, kolay döndürülebilen, sağ pozisyonlu ve şeffaf olmalıdır.
3. Anjiyografi enjektörü en az 12cc hacimli; luer lock'lu, hazne kısmında 2 adet, piston kısmında 1 adet halkalı; pistonu geri çıkmayan ve piston gövdesi bükülmeyen; en az 0,5cc'lik emniyet frenine sahip ve mikrobubbles'ların enjeksiyonuna engel olacak rezervuar kısmı bulunmalı ve şeffaf olmalıdır.
4. Basınç line; en az 120cm uzunluğunda, basınca dayanıklı ve akımı engellemeyen, MF uçlu ve şeffaf olmalıdır.
5. Serum seti opak maddenin enjektöre çekilmesi sırasında oluşan negatif basınca dayanıklı ve akımı engellemeyecek, standart hazneli en az 150cm uzunluğunda şeffaf olmalıdır. Serum akış hızını ayarlayan klemp ve benzeri sistemi bulunmalıdır.
6. Sistemin bağlantı noktalarında hava ve sıvı kaçağı olmamalıdır.

2. GUİDE WİRE, HİDROFİLİK, J UÇLU, 0.035", 180CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guide wire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyopak solid bir metal içermelidir.
3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire'ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
4. Guide wire'ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
5. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
6. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumluluğu	İMZA Dr. Gökçe İmran YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No.: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. Tülay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ BAŞKANI Dip. No.: 3099
---	---	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Guide wire'in ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
9. Guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.

3. KATETER ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU 6F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6F Kalınlığında içinden 0.038 inch guide wire geçecek şekilde olmalıdır.
2. Opak maddenin rahat gönderilebilmesi için,iç lümeninin geniş olması gereklidir.
3. İç Lümen en fazla 0,056 inch olmalıdır.
4. Shaftı poliüretan veya nylon bazlı yapıda olmalıdır.
5. Kateterin uç kısımları hariç,iç kısımları çelik tel ile iyice desteklenmiş olmalıdır.
6. Kateterin uç bölümü damarda travma yaratmamak için soft yapıda olmalıdır.
7. Kateter shaftı softer ve stiffer olmak üzere iki farklı seçeneği olması tercih sebebidir.
8. Pompa ile opak verildiğinden kateter shaftı basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Max basınç;12000 PSİ ya da 83 bar olmalıdır.
10. Kateterler tekli steril paketlerde olmalıdır.

4. GUIDE WIRE, STANDART, J UÇLU, 0.038", 140CM-150CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire fixed core özellikte ve tamamen PTFE (teflon) kaplı olmalıdır.
2. Guide wire radyoopak yapıda olmalıdır.
3. Guide wire'in "J" ucu kolaylıkla retrakte edilebilir özellikte olmalıdır.
4. Guide wire'in distal ucu esnek ve atravmatik yapıda olmalıdır.
5. Guide wire'in esnek distal kısmı en az 5 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Guide wire'in distal ucu işlem sırasında çabuk deforme olmamalıdır.
7. Guide wire bire bir torq özelliğine sahip olmalıdır.
8. Guide wire kateter içinden geçerken zorlanmamalı, bükülmemeli ve kırılmamalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İçr. Gör. Dr. Mehmet YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No: 155780	İMZA Prof. Dr. T. Tuncay ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2550
---	---	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

5. GUIDE WIRE, PTCA, PILOT 50, DÜZ UÇLU, HİDROFİLİK, 0.014", 190CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire, kronik total lezyonlarda (chronic total occlusion; CTO) kullanıma uygun olmalı ve bu amaç için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Guide wire, kronik total lezyonlarında uygulanan tüm yaklaşımlar (anterograd, retrograd) ve tekniklerde (drilling, penetrating, paralel wire, STAR, mikrokanal, CART teknik gibi) kullanılabilmesi, koroner revaskülarizasyon destek kateterleri (mikrokateter) ile uyumlu olmalıdır.
3. Gövde yekpare olmalı, ekleme olmamalıdır.
4. Guide wire distal segmenti (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hidrofilik) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalıdır.
5. Guide wire, mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda bağlantısız olmalıdır.
6. Guide wire yüksek düzeyde kontrol edilebilir ve güvenli penetrasyon için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Guide wire uç direnci 1.5 gr olmalı, mükemmel esnekliğin yanı sıra destek verici özellikte olmalıdır.
8. Guide wire'in X-Ray altında görünebilen uzunluğu, lezyon görüntüsünü kapatmayacak şekilde, en fazla 3 cm olmalıdır.
9. Guide wire'in uç kısmı, şekil verilebilmeye müsait olmalıdır.
10. Guide wire'in uç kısmı işlem esnasında kolayca deforme olmamalı ve strüktürünü muhafaza etmelidir.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İş. Gön. Dr. Ahmet YILMAZ Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No: 155780	İMZA Prof. Dr. T. Tuncay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.G. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	--	---