

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4138
İstem No : 83203
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ), BŞH-FR-251	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Denetim defterlerinin dış kapakları renkli (kırmızı) ve kaplı (kaplama ile korunaklı) olmalıdır.
2. Kaplama yüzeyi çizilmelere, çizgilere, kabarmaya, soyulmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kaplama uygulamasında; kabartma, kabarma, hava kabarcığı, kat yerleri, kıvrılmalar gibi kusurlar olmamalıdır.
4. Denetim defteri dış ebatları, boy 33cm, en 22 cm, sayfa iç ebatları boy 30cm, en 20cm olmalıdır.
5. Denetim defterinin ilk sayfa satır sayısı 54, sütun sayısı 9 olmalıdır.
6. Denetim defterinin baskısı ek'te sunulduğu gibi olmalıdır.
7. Defterin ilk sayfası (1 nolu) sol tarafta başlayacak şekilde devamında (2 nolu) sayfa sağ tarafa gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
8. Firma örnek numune getirmelidir.
9. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
10. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.


Şimal CAN
Kalite Birim Sorumlusu


Yunus ERKAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ)



BÖLÜM:

TEMİZLİK PERSONELİNİN ADI SOYADI	TARİH		OLUMLU (+) OLUMSUZ (-)
		Hastane temizliği ve hijyen konusunda eğitim almış mı?	
		Hastane temizlik talimatını biliyor mu? Uygun çalışıyor mu?	
		Her cihaz ve temizlenecek alan için ayrı bez kullanıyor mu?	
		Kan ve vücut sıvıları, önce ıslak bezle uzaklaştırılıp, sonra dezenfekte ediyor mu?	
		Solüsyonlar "Dezenfektan Kullanım Formuna" uygun olarak hazırlanıyor mu?	
		Atıklar uygun toplanıp, uygun şekilde servisten uzaklaştırıyor mu?	
		El Hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına uygun çalışıyor mu?	
		Hastane temizliği ve hijyen konusunda eğitim almış mı?	
		Hastane temizlik talimatını biliyor mu? Uygun çalışıyor mu?	
		Her cihaz ve temizlenecek alan için ayrı bez kullanıyor mu?	
		Kan ve vücut sıvıları, önce ıslak bezle uzaklaştırılıp, sonra dezenfekte ediyor mu?	
		Solüsyonlar "Dezenfektan Kullanım Formuna" uygun olarak hazırlanıyor mu?	
		Atıklar uygun toplanıp, uygun şekilde servisten uzaklaştırıyor mu?	
		El Hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına uygun çalışıyor mu?	
		Hastane temizliği ve hijyen konusunda eğitim almış mı?	
		Hastane temizlik talimatını biliyor mu? Uygun çalışıyor mu?	
		Her cihaz ve temizlenecek alan için ayrı bez kullanıyor mu?	
		Kan ve vücut sıvıları, önce ıslak bezle uzaklaştırılıp, sonra dezenfekte ediyor mu?	
		Solüsyonlar "Dezenfektan Kullanım Formuna" uygun olarak hazırlanıyor mu?	
		Atıklar uygun toplanıp, uygun şekilde servisten uzaklaştırıyor mu?	
		El Hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına uygun çalışıyor mu?	
		Hastane temizliği ve hijyen konusunda eğitim almış mı?	
		Hastane temizlik talimatını biliyor mu? Uygun çalışıyor mu?	
		Her cihaz ve temizlenecek alan için ayrı bez kullanıyor mu?	
		Kan ve vücut sıvıları, önce ıslak bezle uzaklaştırılıp, sonra dezenfekte ediyor mu?	
		Solüsyonlar "Dezenfektan Kullanım Formuna" uygun olarak hazırlanıyor mu?	
		Atıklar uygun toplanıp, uygun şekilde servisten uzaklaştırıyor mu?	
		El Hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına uygun çalışıyor mu?	
		Hastane temizliği ve hijyen konusunda eğitim almış mı?	
		Hastane temizlik talimatını biliyor mu? Uygun çalışıyor mu?	
		Her cihaz ve temizlenecek alan için ayrı bez kullanıyor mu?	
		Kan ve vücut sıvıları, önce ıslak bezle uzaklaştırılıp, sonra dezenfekte ediyor mu?	
		Solüsyonlar "Dezenfektan Kullanım Formuna" uygun olarak hazırlanıyor mu?	
		Atıklar uygun toplanıp, uygun şekilde servisten uzaklaştırıyor mu?	
		El Hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına uygun çalışıyor mu?	

Açıklamalar :

*Personel değişiminde kontrol yapıp form uygun şekilde doldurulmalı olumsuz görülen davranışlar için planlanan ve yapılan çalışmalar açıklama altına yazılmalıdır.

1



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ)



Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

- Dezenfektan önerilen oranlarda sulandırılmalıdır.
- Alet ve araçların öncelikle mekanik temizliği yapılmış ve ayrılabilen parçalarının ayrılmalıdır.
- Islak malzemeler, dezenfektan yoğunluğunu bozmaması açısından kurulandıktan sonra solüsyona atılmalıdır.
- Dezenfektanın etki süresi iyi bilinmelidir.
- Hazırlanan solüsyonların üzerine sulandırma oranı, hazırlanma tarihi ve hazırlayanın ismi yazılmalıdır.
- Solüsyon üzerine ilave yapılmamalı, bittiğinde temiz bir kaba tekrar hazırlanmalıdır.

Çamaşır Suyu ile Solüsyon Hazırlanması:

- 1/100'lük solüsyon hazırlamak için: 1 lt suya 10 cc çamaşır suyu konulur. 1/10'luk solüsyon hazırlamak için: 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu konulur.

Klor Tablet ile Solüsyon Hazırlanması :

- 1/100'lük solüsyon hazırlamak için: 3 lt suya 1 klor tablet konulur. 1/10'luk solüsyon hazırlamak için: 1 lt suya 3,5 klor tablet konulur.
- **Kan ve vücut sıvıları ile bulaş olduğunda temizlik 1/10'luk solüsyon ile yapılır.

Oksijen Flowmetresi

- 24 saatte bir ve her hasta değişiminde 1/100'lük solüsyon içerisinde 10 dakika bekletilerek dezenfekte edilmelidir.

Buhar Makinesi:

- 24 saatte bir dezenfekte edilmelidir.

EKG Kabloları, Steteskoplar:

- Her hasta değişiminde % 70 alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Laringoskop, Bleyt, Ambu:

- Kaba kirlerinden arındırılmalıdır.
- 1/100'lük solüsyon içerisinde 10 dakika bekletilerek dezenfekte edilmelidir. Bol su ile durulanıp kuru saklanmalıdır.
- Ambu ve bleytler kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmeli, kullanılmadığı sürece haftada bir tekrar dezenfekte edilmelidir.

Termometreler ve Glukometreler:

- Her kullanımdan sonra %70 alkol ile silinecek

Tansiyon Aletleri:

- Haftada bir gün 1/100 lük solüsyon içerisinde 10dk bekletilecek daha sonra bol suda durulanıp kurutulacak

İnfüzyon Pompası, Nebulizatör ve Monitör ve Solunum cihazı:

- Her gün ve her hasta değişiminde, dış yüzeyleri mekanik temizlikten sonra 1/100'lük solüsyon ile silinmelidir.

Sürgü, Ördek, Böbrek Küvet, Aspiratör Bidonları ve Tedavi Tepsisi:

- Mekanik temizlikten sonra 1/10'luk solüsyon (5000 ppm) ile yıkanarak durulamadan önce 10 dakika beklenerek durulanıp kuru olarak saklanmalıdır.
- Torbasız aspiratör kavanozu 24 saatte bir, torbalı aspiratörün dış kavanozu haftada bir gün dezenfekte edilmelidir.
- Her hasta kendisine ait sürgü ve ördek kullanmalıdır.

Aspiratör ara Bağlantılarının Temizliği İçin:

- Temiz bir şişe içerisine 1/100'lük solüsyon hazırlanmalıdır.
- Solüsyonlar kapları ile birlikte 24 saatte bir değiştirilmelidir. Hastalar arasında ortak kullanılmamalıdır.

Acil-Transport Çantaları:

- Ünite dışı kullanım sonrası dış yüzeyi, hergün iç-dış temizliği %1 lik solüsyon ile temizlenir.

Küvez , Transport Küvez, Açık Yatak

- Her küvöz için ayrı bir bez ve yeni doldurulmuş kova kullanılmalıdır.
- Temizlik işlemi küvöz içinden dışa doğru, yukarıdan aşağıya ve temiz alandan kirli alana doğru E.K.K. nın önerdiği düşük düzey dezenfektan içeren solüsyonla yapılmalıdır.
- Haftalık ve hasta değişiminde ; İşlem sırasında küvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalı, fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmelidir. Daha sonra dezenfektanla temizlenmeli ve yüzeyler kurumalıdır.
- En yoğun kontamine bölge olan küvöz kapakçıkları ve bu kapakçıkları saran yastıkçık ve kollar gün içinde en az iki kez E.K.K. nın önerdiği dezenfektanla silinmelidir.

Renklere Göre Kova ve Temizlik Bezi Kullanımı

- **Sarı:** Hasta çevresi ve hastaya temas eden yüzeyler (hasta yatağı, masa, sandalye, dolap, etajer v.b).
- **Mavi:** Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna v.b)
- **Yeşil:** Tuvalet alanları, lavabo ve fayanslar.
- **Kırmızı:** Klozet.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ)

TARİH :/...../20.....	TEMİZLİK SIKLIĞI	OLUMLU(+) OLUMSUZ(-)						
		PTESİ	SALI	ÇARŞ	PERS	CUMA	CTESİ	
TEMİZLİK LİSTESİ								
Eldiveni uygun kullanıyor mu?	Günlük							
Kullanılan bez, paspas ve eldiven yeterli mi?	Günlük							
Renklere göre kova ve temizlik bezi kullanımı doğru mu?	Günlük							
Ekipmanların temizliğinin kontrolü	Günlük							
Paspas sulan her oda için ayrı hazırlanmış mı?	Günlük							
Çöp poşetleri doğru renkte yerleştirilmiş mi?	Günlük							
Çalışma masaları, hemşire, doktor, tedavi bankoları ve çevresi temizlenmiş mi?	Günlük							
Zemin, süpürgelik ve köşeler temizlenmiş mi?	Günlük							
Duvardaki çıkarılabilir lekeler silinmiş mi?	Günlük							
Hasta başı panellerin yüzeyi temizlenmiş mi?	Günlük							
El teması fazla olan yüzeyler silinmiş mi? (cam önü, kapı tokmağı)	Günlük							
Elektrik düğme ve prizleri silinmiş mi?	Günlük							
Etejer içi, hasta değişikçe ve kirlendikçe silinmiş mi?	Günlük							
Hasta yatağı, dolabı, kirlendikçe ve hasta değişikçe silinmiş mi?	Günlük							
Refakatçi koltuğu, hasta değişikçe ve kirlendikçe silinmiş mi?	Günlük							
Alkol, batikon vb. solüsyon şişelerin dış yüzeyleri silinmiş, kapakları ve başlıkları yıkanmış mı?	Günlük							
Malzeme dolap yüzeyleri, tablolar silinmiş mi?	Günlük							
Tuvaletler ve lavabo, uygun ve zamanında temizlenmiş mi? Sıvı sabunluklar boşaltılınca kapı yıkanmış mı?	Günlük							
Sedye, tekerlekli sandalye temizlenmiş mi?	Günlük							
Tedaviler hazırlandıktan sonra tedavi odaları temizlenmiş mi?	Günlük							
Tedavi tepsileri yıkanmış mı?	Günlük							
Tuvaletler ve lavabo zamanında ve uygun temizlenmiş mi?	Günlük							
Dr. odası ve hemşire odası temizlenmiş mi? Desken, dolapları silinmiş mi?	Günlük							
Kirli malzeme deposu, süt sağma odası temizlenmiş mi?	Günlük							
İlaç dolapları boşaltılıp, temizlenmiş, saklama kapları yıkanmış mı?	Haftalık							
Camlar silinmiş mi?	Haftalık							
Çöp kutuları yıkanmış mı?	Haftalık							
Malzeme dolapları boşaltılıp, temizlenmiş, saklama kapları yıkanmış mı?	Haftalık							
Kanepe, koltuklar, sandalyeler temizlenmiş mi?	Haftalık							
Kapılar silinmiş mi?	Haftalık							
Deponun temizliği yapılmış mı?	Haftalık							
Dolaplar çekilip altları silinmiş mi?	Haftalık							
Haşere ilaçlanması yapılmış mı?	Aylık							
Mekanizmalı perdeler (zebra, stor) temizlenmiş mi?	6 ayda							
Hasta ayırıcı paravan perdeler yıkanmış mı?	Aylık							
Povidon iyot v.b. şişeler değiştirilmiş mi?	3 ayda							
Tıbbi ve evsel konteynerler yıkanmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Odalar ve koridorlar ciftlemeleri yapılmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Ameliyat odalarının buhar makinesiyle temizliği yapılmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Ameliyat odalarının oksijenle püskürtmesi yapılmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Temizlik arabaları yıkanmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Ameliyat masası üzeri/altı silinmiş mi? (genel temizliği)	Her vaka sonrası							
Ameliyathane lambaları silinmiş mi (genel temizliği)	Haftalık							
Krom kuvvetler temizlenmiş mi? (genel temizliği)	Haftalık							
Lavaboların içindeki tel ızgaraların temizliği yapılmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Ameliyathane koridorları yıkama arabasıyla yıkanmış mı? (genel temizliği)	Haftalık							
Tekerlekli krom sehpa temizlenmiş mi? (genel temizliği)	Haftalık							
Post op sedyelerinin genel temizliği buhar makinesiyle temizlenmiş mi? (genel temizliği)	Haftalık							
Kullanılan Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyon Kontrolü	Günlük							

AÇIKLAMALAR

Kontrol Eden
Temizlik Sorumlusu

Kontrol Eden
Birim Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
TEMİZLİK KONTROL DEFTERİ (GENEL-CİHAZ)



TARİH:...../20.....									
CİHAZ / MALZEME	TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON SIKLIĞI	P.TESİ	SALI	ÇARŞ.	PERŞ.	CUMA	C.TESİ	PAZAR	
Ambu, Ambu Maskesi	Her kullanımdan sonra, kullanılmadığı sürece 2 haftada bir								
Larengoskop / Blayt	Her kullanımdan sonra, kullanılmadığı sürece 2 haftada bir								
Povidon İyot şişe değiş mi?	Üç ayda bir								
Oksijen Flowmetresi /Ara Bağlantısı (Hasta Başı)	Günlük, kullanılmadığı sürece 2 haftada bir								
Oksijen Tüpü Ve Flowmetresi	Günlük, kullanılmadığı sürece 2 haftada bir								
Kan Gazı Cihazı	Günlük								
Aspiratör Ara Bağlantısı/Torbası(Cam Kavanoz)	Günlük								
Terazi, Basküller,Bebek Tartıları	Günlük ve kirlendikçe								
Monitör ve Aparatları	Günlük ve kirlendikçe								
Acil Arabası, Bakım, Tedavi, Pansuman Arabaları	Günlük ve kirlendikçe								
Serum Askısı	Günlük ve kirlendikçe								
Acil-Transport Çantaları	Günlük ve kirlendikçe								
Pnomatik Sistem Kapsülü	Günlük ve kirlendikçe								
Head-Box	Günlük ve her hastada								
İnfüzyon Pompaları (Pump, Perfüzör, Süt Sağma, Ent.Bes.)	Günlük ve her hastada								
Nebülizatör	Günlük ve her hastada								
Defibrilatör Cihazı	Günlük ve her hastada								
EKG Cihazı	Günlük ve her hastada								
Küvöz Nemlendirici Su Haznesi	Günlük ve her hastada								
Küvöz Açık Yatak	Günlük ve her hastada								
Transport Küvöz	Günlük ve her hastada								
Mikroskop	Günlük ve her hastada								
Glikometre	Her kullanımdan sonra								
Steteskop	Her kullanımdan sonra								
Çamaşır Arabaları	Her kullanımdan sonra								
Soğuk Zincir Dolabı	Haftalık ve kirlendikçe								
Süt Saklama Dolabı	Haftalık ve kirlendikçe								
Tansiyon Aleti Manşonu	Haftalık ve kirlendikçe								
Termometre	Günlük ve kirlendikçe								
Portabl Pulse Cihazı	Günlük ve kirlendikçe								
Anestezi İlaç Arabaları	Günlük ve kirlendikçe								
Anestezi Cihazları	Günlük ve kirlendikçe								
Serum Askıları	Günlük ve kirlendikçe								
Etüv	Günlük ve kirlendikçe								
Traksiyon	Günlük ve kirlendikçe								
İnfrar ıj	Günlük ve kirlendikçe								
Çatanogan	Günlük ve kirlendikçe								
Compex	Günlük ve kirlendikçe								
Radar	Günlük ve kirlendikçe								
Whirlpool	Günlük ve kirlendikçe								
Galvani	Günlük ve kirlendikçe								
Hotpack	Günlük ve kirlendikçe								
Parafin	Günlük ve kirlendikçe								
Ultrason	Günlük ve kirlendikçe								
EXO	Günlük ve kirlendikçe								

AÇIKLAMALAR:

*Cihaz malzeme temizliğini yapan personel yaptığı güne adının ve soyadının ilk harflerini yazacaktır.

Kontrol Eden
Temizlik Sorumlusu

Kontrol Eden
Birim Sorumlusu