

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/10/2025

İlan No : 2025-10-4024
İstem No : 83208
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/10/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, EKG, REUSABLE, YETİŞKİN, 10 UÇLU, NIHON KOHDEN MARKA MONİTÖR UYUMLU	10	Adet					
2	EKG KABLOSU, TEK PARÇALI, 10 LEAD, NIHON KOHDEN UYUMLU	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG KABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Ekg kablosu GE marka MAC-2000 model ekg cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Ekg kablosu 10'lu leadlerden oluşmalıdır. Leadler üzerinde hangi kanala ait olduğunu belirten renk ve kodu bulunmalıdır. Leadlerin elektrod bağlantıları banana tipte olup, kolayca puar ve mandal takılabilmelidir.
- 3- Kablo her türlü fabrikasyon hatalarına karşı en az 3 ay garantili olmalıdır.
- 4- Numune değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygunluğu verilecektir.

EKG KABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Ekg kablosu Nihon Kohden marka 2350 model ekg cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Ekg kablosu 10'lu leadlerden oluşmalıdır. Leadler üzerinde hangi kanala ait olduğunu belirten renk ve kodu bulunmalıdır. Leadlerin elektrod bağlantıları banana tipte olup, kolayca puar ve mandal takılabilmelidir.
- 3- Kablo her türlü fabrikasyon hatalarına karşı en az 3 ay garantili olmalıdır.
- 4- Numune değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygunluğu verilecektir.


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKG KABLOSU 10 LU	
HASTANE GENELİ	Marka : NİHON KOHDEN VE GE UYUMLU	
	Model :	
	Seri No:	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih 15.10.2025	Var [] Yok [x] ✓	Var [] Yok [x] ✓

Arıza Özeti :

Cihazların yapılan kontrollerinde ekg kabloları deforme olmaktadır. Tamirleri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKLERİ	Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurattin DİNÇER	Doç. Dr. Evren ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--