

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/10/2025

İlan No : 2025-10-4020  
İstem No : 83209  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/10/2025 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                             | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Test. Süresi (Gün) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | TANSİYON ARA KABLOSU, YETİŞKİN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU               | 200    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | KABLO, EKG, REUSABLE, YETİŞKİN, 3 UÇLU, NİHON KOHDEN MARKA MONİTÖR UYUMLU      | 150    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | SATURASYON PROBU, REUSABLE, YETİŞKİN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU         | 100    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | TANSİYON MANŞONU, REUSABLE, YETİŞKİN, MEDIUM, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU | 250    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

**1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

**İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.**

**Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



|                        |                                                                            |                          |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : SARF MALZEME ( MANŞON, SPO2 PROB, EKG KABLO, TANSİYON ARA HORTUM ) |                          |  |
| HASTANE GENELİ         | Marka : NİHON KOHDEN UYUMLU ✓                                              |                          |  |
|                        | Model :                                                                    |                          |  |
|                        | Seri No:                                                                   |                          |  |
|                        | Garantili                                                                  | Bakım Sözleşmeli         |  |
| Tarih 15.10.2025       | Var [ ]      Yok [ x ] ✓                                                   | Var [ ]      Yok [ x ] ✓ |  |

Arıza Özeti :

Cihazların yapılan kontrollerinde kablo, manşon ve probları deforme olmaktadır. Tamirleri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

| Teknik Servis Personeli                             | Birim Sorumlusu                                                                      | Onay                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İSMAİL YILDIRIM</b><br>BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ<br> | <br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br><b>Nurettin DİNCER</b><br>Biyomedikal Sorumlusu | <br>Doc. Dr. Evrim<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Klinik Koordinatör |

Açıklama :

### TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Manşon, Nihon Kohden marka hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2-Manşon, cırt yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Manşon, M boyutunda ve ara hortuma takılabilmesi için manşon ucunda aparatı olmalıdır.
- 4-Manşon iç kaf kısmı çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
- 5-Manşon silinebilir özellikte olmalıdır.
- 6-Manşon, cihazda denemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

### Tansiyon Hortumu Teknik Şartnamesi

- 1-Hortum NİHON KOHDEN marka hastabaşı monitör ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Ara hortum yetişkin ve pediatrik manşon takılacak şekilde uygun olmalıdır.
- 3- NIBP ara kablosu hastabaşı monitörü ve hasta manşonu ile kolay çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
- 4- Hortum tek parçadan oluşmalıdır.
- 5- Hortumun dağılmasını önlemek için çırt-çırtlı yapıda bir ipi olmalıdır.
- 6-Hortumun, cihazda denemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

### SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- SPO2 probu NİHON KOHDEN marka hastabaşı monitör ile uyumlu olmalıdır.
- 2-Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipte olmalıdır.
- 3- Mandal yapısının alt ve üst kısmı kauçuk malzeme kaplı olmalıdır.
- 4- Kablonun ara kablo ile bağlantı yapan soketi 11 pinli olmalıdır.
- 5- Kablonun dağınlığı önlemek içi cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 6-Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 7-Probun, cihazda denemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

### EKG KABLOSU 3 UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekg kablosu ucu NIHON KOHDEN mark hastabaşı monitör ekg ara kablolarına uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerde basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması yazmalıdır.
4. Ekg kablosu ucu 3 leadli olmalıdır.
- 5-Kablonun, cihazda denemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Nurullah İNCER  
Tıbbi Sorumlusu