

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/10/2025

İlan No : 2025-10-3992
İstem No : 83230
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SMC SOĞUTUCU SENSÖR, ANJİYOGRAFİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	TÜP SOĞUTMA ÜNİTESİ, ANJİYOGRAFİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					
3	SNMP DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÜNİTESİ, ANJİYOGRAFİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP SOĞUTMA , SNMP DÖNÜŞTÜRÜCÜ, SMC SOĞUTUCU SENSÖR ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ünite SIEMENS marka ARTIS Q CELLİNG model anjiyografi cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Ünite birbiri ile bağlantılı ve uygun parçalar olmalıdır.
3. Ünite en az 6 ay yetkili servis garantisinde olmalıdır.


BURAK GÜÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SERVİSİ

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANJİYOĞRAFI		
KORONER ANJİYOĞRAFI ✓	Marka : SIEMENS		
	Model : ARTIS Q CELLING		
	Seri No: 109213		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 17.10.2025	Var []	Yok [x]	Var [X]

Arıza Özeti :

Cihaz sıcaklık uyarısı vermektedir. Bakım anlaşması gereği ilgili firması tarafından incelemeler doğrultusunda tüp soğutma sisteminin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Sistemin revize edilmiş hali ile değiştirilmesi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 MURAK GÖSEP BİYOMEDİKAL TEKNİK ✓	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU ✓	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör ✓

Açıklama :